

**INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO Y ECONÓMICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO CAMAS DE PARTO INEGRAL PARA EL
HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
(COTIZACIÓN ID 5802381-4728ZWFP)**

I.- ANTECEDENTES DE LA COTIZACIÓN

La Universidad de Chile requiere adquirir para su Hospital Clínico, el Equipamiento Médico consistente en CAMAS DE PARTO INEGRAL necesarias para el óptimo funcionamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Con fecha 09 de enero de 2026, se publicó la solicitud de cotización en el Convenio Marco de Mobiliario General dispuesto en el Sistema de Información de Mercado Público, bajo el número de registro de adquisición ID: **5802381-4728ZWFP**.

Detalle de cotización

Cotización ID 5802381-4728ZWFP

Organismo	UNIVERSIDAD DE CHILE
Unidad de compra	Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales

1 Proveedores
Respondieron tu cotización
[Ver lista de proveedores participantes](#)

Ficha servicio:	ID 4523233
Producto a cotizar:	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Estado:	En Evaluación
Inicio de publicación	09-01-2026
Fin de publicación	16-01-2026
Inicio de evaluación	19-01-2026
Fin de evaluación	21-01-2026

II.- EXAMEN DE ADMISIBILIDAD TÉCNICO:

Con fecha 19 de enero de 2026 se realiza la evaluación técnica de las ofertas presentadas para el proceso de adquisición ID 5802381-4728ZWFP, registrándose el ingreso por los siguientes oferentes:

1.- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.

A continuación, se procede a someter a examen de admisibilidad y evaluación de las ofertas Técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS CAMAS DE PARTO INTEGRAL

REQUERIMIENTO	N°	DETALLE TÉCNICO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE O NO CUMPLE
EQUIPO	1	02 CAMAS DE PARTO INTEGRAL	SI	SI
	2	Requerimiento eléctrico compatible con 220V 50/60 Hz (Compatible con red hospitalaria) y norma chilena	SI	SI
	3	Cable de poder con adaptadores en caso necesario	SI	SI
	4	Batería de respaldo	SI	SI
	5	02 soportes de piernas estándar (PIERNERAS) con posibilidad de angulación	SI	SI
	6	Panel de control, que permita el ajuste de altura de la mesa, inclinación del asiento y respaldo.	SI	SI
	7	Accionamiento eléctrico motorizado.	SI	SI
	8	02 asas/Barandas laterales plegables o reclinables, de diseño ergonómico, ajustables y adaptables a las características y necesidades de cada paciente, permitiendo un uso seguro y comfortable	SI	SI
	9	02 apoya piernas, con movimientos laterales, verticales y angulares.	SI	SI
	10	02 asidero para facilitar manejo o transporte, como para proporcionar apoyo y seguridad al paciente.	SI	SI
	11	Apoyapiés acolchados que se pueda deslizar	SI	SI
	12	Carga máxima igual o mayor a 200 kg	SI	SI
	13	Debe contar con sistema de bloqueo/ frenado centralizado	SI	SI
	14	Colchón antibacteriano sin costuras.	SI	SI
	15	Base y cubierta de acero inoxidable, resistente al impacto, anti abrasión, fácil de limpiar y desinfectar.	SI	SI
	16	Posición apta para RCP manual.	SI	SI
	17	Apta para conexión de porta sueros.	SI	SI
	18	Ruedas de 15cm de diámetro o mas	SI	SI
	19	Freno en al menos 2 de las ruedas	SI	SI
	20	Al menos 4 ruedas	SI	SI
	21	1 o más ruedas direccionales	SI	SI
CONFIGURACIONES DE LA CAMA DE PARTO INTEGRAL	22	Posición de exploración ginecológica	SI	SI
	23	Posición de parto en semi-sentado	SI	SI
	24	Posición de parto vertical asistida	SI	SI
	25	Posición de parto decúbito lateral	SI	SI
	26	Posición de parto en cuadrúpeda	SI	SI
	27	Posición de reparación del perineo	SI	SI
MOVIMIENTOS CAMA DE PARTO INTEGRAL	28	Movimiento Ascendente mayor o igual a 95cm	SI	SI
	29	Movimiento Descendente. Menor o igual a 65 cm	SI	SI
	30	Movimiento de inclinación de respaldo. Mayor o igual a 60°	SI	SI

	31	Movimiento de inclinación del asiento. Mayor o igual a 10°	SI	SI
	32	Movimiento de Trendelenburg. Mayor o igual a 7°	SI	SI
ACCESORIOS	33	Kit completo de colchonetas antiestáticas sin costuras, antideslizantes y autoadhesivas impermeables.	SI	SI
	34	01 depósito de desechos profundos ubicado en la parte inferior del equipo de acero inoxidable	SI	SI
	35	02 palancas de agarre laterales. Por cada cama	SI	SI
	36	02 porta suero regulable en altura y desmontable de la mesa. por cada cama	SI	SI
	37	01 cabezal desmontable para facilitar acceso por la zona superior	SI	SI
	38	Controles integrados en barandas laterales internas y externas	SI	SI
	39	01 barra de apoyo con almohadilla o tapizada por cada cama	SI	SI
	40	Cojín reposacabeza para la paciente, por cada mesa.	SI	SI
DOCUMENTOS SOLICITADOS	41	Certificados de calidad y seguridad (IEC, CE, FDA, ISO, ETC)	SI	SI
	42	Certificados de fábrica, indicando que el equipo es nuevo	SI	SI
	43	Entrega del equipo por parte de la empresa con presencia de un técnico especialista. (certificado de instalación y puesta en marcha)	SI	SI
	44	Aceptación derecho hospital de rechazar equipos que no cumplan con especificaciones, incompletos o defectuosos.	SI	SI
	45	Soporte Técnico propio, capacitado y certificado por fabricante	SI	SI
	46	Certificado de fábrica acreditando que equipo es nuevo	SI	SI
	47	Certificado de vida útil de fábrica del equipo	SI	SI
	48	Certificar como representante acreditado de fábrica para el o los equipos ofertados. Así como servicio técnico	SI	SI
	49	Certificados de mantenimientos preventivos en garantía indicando cantidad y periodicidad	SI	SI
	50	Deben adjuntarse los catálogos, Hojas de datos, Brochure, etc, originales de fabricante, no editados, indicando código, página del catálogo donde se describe el equipo. Ser claros al completar esta información. (Catálogos deseable en español)	SI	SI
CAPACITACIONES	51	Programas de capacitación a todo el personal clínico y administrativo pertinente.	SI	SI
	52	Informar disponibilidad de plataformas de capacitación continua a distancia	SI	SI

CUMPLE / NO CUMPLE	PROVEEDORES
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
CUMPLE	52
NO CUMPLE	0
	ADMISIBLE

En mérito del examen técnico anterior y conforme a las condiciones mínimas establecidas y la documentación técnica adjuntada por los proponentes, se determina que **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA** es la única oferta admisible y pasa a la etapa de evaluación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUABLES CAMAS DE PARTO INTEGRAL				
REQUERIMIENTO	N°	DETALLE TÉCNICO	PARÁMETRO REFERENCIA	SI TIENE/ NO TIENE
EQUIPO	1	Batería autonomía mayor o igual a 6hrs	SI	SI
	2	Batería autonomía mayor o igual a 12hrs	SI	SI
	3	Batería autonomía mayor o igual a 24hrs	SI	SI
	4	Carga máxima igual o mayor a 210 kg	SI	SI
	5	Carga máxima igual o mayor a 230 kg	SI	NO
	6	Carga máxima igual o mayor a 250 kg	SI	NO
	7	Freno en las 4 ruedas	SI	SI
	8	Protección IPX4/ Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección de la cama.	SI	SI
MOVIMIENTOS CAMA PARTO	9	Movimiento Ascendente mayor o igual a 100cm	SI	SI
	10	Movimiento Descendente. Menor o igual a 58 cm	SI	SI
	11	Movimiento de inclinación de respaldo. Mayor o igual a 65°	SI	NO
	12	Movimiento de inclinación del asiento. Mayor o igual a 15°	SI	SI
	13	Movimiento de Trendelenburg. Mayor o igual a 9°	SI	NO
ACCESORIOS	14	Luz nocturna parte inferior de cama	SI	SI
	15	Posición 0 manual o en control remoto	SI	SI
	16	01 capa superior del colchón por cada cama	SI	SI
	17	Mesa en back up en caso de falla preventiva o correctiva	SI	SI
DOCUMENTOS SOLICITADOS	18	Garantía superior a 24 meses en mantenimiento preventivo y correctivo	SI	SI
	19	Garantía superior a 36 meses en mantenimiento preventivo y correctivo	SI	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUABLES	
CUMPLE / NO CUMPLE	PROVEEDORES
	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
CUMPLE	15
NO CUMPLE	4
	ADMISIBLE

III. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Conforme a la solicitud de cotización ID **5802381-4728ZWFP** se establecieron los siguientes criterios de evaluación con sus respectivos porcentajes de ponderación:

Criterios de Evaluación	Puntaje	Porcentaje Técnico
a. Precio del equipamiento	0 - 100	40%
b. Plazo de entrega	0 - 100	20%
c. Duración de la garantía técnica del equipamiento.	0 - 100	20%
d. Especificaciones Técnicas Evaluables	0 - 100	20%

a. Precio del equipo (40%)

Se asignará 100 puntos a la oferta de menor valor y para lo cual se estará al precio neto ofertado por cada equipo. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente ecuación:

$$(\text{Precio de la oferta menor} \times 100) / \text{Precio de la oferta evaluada}$$

PROVEEDOR	VALOR NETO UNITARIO COTIZADO	PUNTAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	\$ 49.996.000.-	100

2b. Plazo de entrega (20%):

$$(\text{Plazo en días corridos de la oferta menor} \times 100 / \text{Plazo en días corridos de la oferta evaluada})$$

*Se asignará 100 puntos a la oferta que indique un menor tiempo de despacho.

PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	29 DÍAS	100

c. Duración garantía técnica del equipamiento (20%)

Se evaluará la duración de la garantía técnicas del Equipamiento Médico. La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente en su propuesta técnica y de acuerdo a la siguiente tabla:

Tramos	Puntajes
Garantía técnica del Equipamiento 36 meses o superior en múltiplo de 12	100
Garantía técnica del Equipamiento 24 meses	75
Garantía técnica del Equipamiento 12 meses	50
Garantía técnica del Equipamiento inferior a 12 meses o indica una duración diferente a las señaladas	0

PROVEEDOR	GARANTÍA	PUNTAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	36 meses	100

d. Especificaciones Técnicas Evaluables del Equipamiento (20%)

Especificaciones Técnicas Evaluables del Equipamiento: Se evaluarán las especificaciones técnicas del equipamiento. La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente. El procedimiento de evaluación de este criterio constará de dos etapas según lo que a continuación se explica:

I. Calculo del porcentaje (%) de cumplimiento de las EETT evaluables: constará en determinar el tramo en que se encuentra el oferente en la tabla establecida en el punto II, según el porcentaje de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Evaluables que haya obtenido tras la aplicación de la siguiente fórmula de 3 simples

$$(N^{\circ} \text{ de EETT evaluables CUMPLIDAS} \times 100) / 19$$

Donde 19 Correspondiente corresponde a! número total de especificaciones técnicas evaluables.

II. Asignación de puntaje según Especificaciones Técnicas Evaluables: Una vez determinado el porcentaje de cumplimiento conforme al procedimiento indicado en el punto I precedente, se asignará el puntaje que corresponda según el tramo que se ubique la oferta del proveedor según porcentaje de cumplimiento de Especificaciones Técnicas Evaluables.

La asignación de puntaje de este criterio se efectuará de acuerdo a la siguiente tabla:

Especificaciones Evaluables Técnicas del Equipamiento Médico	Puntaje
Si las especificaciones técnicas evaluables del equipamiento son altamente satisfactorias cumpliendo el 100% de aquellas, de manera que el equipamiento es excelente para el uso requerido.	100

Si las especificaciones técnicas evaluables del equipamiento son muy buenas cumpliendo entre el 99% y el 75% de aquellas, de manera que el equipamiento resulta muy bueno para el uso requerido.	60
Si las especificaciones técnicas evaluables del equipamiento son buenas cumpliendo entre el 74% y el 50% de aquellas, de manera que el equipamiento resulta adecuado para el uso requerido.	30
Si las especificaciones técnicas evaluables del equipamiento son suficientes cumpliendo menos del 50% de aquellas de manera que el equipamiento cumple con el requerimiento mínimo obligatorio.	0

El puntaje que obtenga el oferente en virtud de esta tabla anterior será multiplicado por el porcentaje técnico indicado para este criterio de evaluación, siendo 20%, es decir:

Puntaje obtenido x 0,2

PROVEEDOR	N° DE EETT EVALUABLES CUMPLIDAS	PUNTAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	15	60

RESUMÉN RESULTADO DE EVALUACIONES
CONVENIO MARCO: ADQUISICIÓN CAMAS DE PARTO INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. ID MERCADO PÚBLICO N°: 5802381-4728ZWFP

ADQUISICIÓN DE CAMAS DE PARTO INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

EQUIPAMIENTO	Proveedor	Línea de Producto	Equipo	Precio del Equipamiento Médico (40%)			Plazo de entrega (20%)			Duración de la Garantía Técnica (20 %)			Especificaciones Técnicas Evaluables del Equipamiento (20%)			Puntaje Total Ponderado
				Precio Total Neto	Puntaje Parcial	Puntaje Parcial Ponderado	N° de Días	Puntaje parcial	Puntaje Parcial Ponderado	Cantidad de Meses	Puntaje parcial	Puntaje Parcial Ponderado	Cantidad de Meses	Puntaje parcial	Puntaje Parcial Ponderado	
CAMAS DE PARTO INTEGRAL	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	N°1	CAMAS DE PARETO INTEGRAL	\$ 49.996.000.-	100 pts	40 pts	29 día corrido	100 pts	20 pts	36 meses	100 pts	20 pts	36 meses	60 pts	12 pts	92 pts

Puntaje Final Proveedor **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA = 92 pts.**

IV. RECOMENDACIÓN

De acuerdo a los antecedentes antes señalados, se estima que la propuesta **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA** cumple con todos los requerimientos técnicos exigidos y resulta conveniente para los intereses de este Hospital.

Desglose:


EQUIPO	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR BRUTO TOTAL	VALOR DESCUENTO (15%)
CAMAS DE PARTO INTEGRAL	2	\$24.998.000.-	\$ 59.495.240.-	\$50.570.954.-

PROVEEDOR	PLAZO DE ENTREGA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	29 DÍAS

PROVEEDOR	GARANTÍA TÉCNICA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	36 MESES

CONDICIÓN DE PAGO	VALOR TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS
30 días	\$50.570.954.-

Se deja constancia que conforme a lo ofertado por el proveedor el plazo de entrega de los equipos es de 29 días corridos, contado desde la fecha de envío al proveedor de la respectiva orden de compra.



Marcela Vilca Badilla
Matrona Jefe Depto. Obstetricia y Ginecología
Hospital Clinico de la Universidad de Chile

