

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICIÓN SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS PARA RED ONCOLÓGICA SST"

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA 2026

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición contempla la compra de dos (2) camillas para examen y diez (10) sillas de ruedas para adultos, destinadas a la Red Oncológica del Servicio de Salud Tarapacá, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, con la finalidad de fortalecer la atención clínica, facilitar la movilidad y el traslado de los usuarios, y mejorar las condiciones de atención, seguridad y comodidad de los pacientes.

Presupuesto disponible: \$8.663.000 (ocho millones seiscientos sesenta y tres mil pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a la solicitada por especificaciones técnicas.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN						
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6						
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del bien serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%						
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a doce (12) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 12 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Menor a 12 meses</td><td>Inadmisibilidad</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 12 meses	100 puntos	Menor a 12 meses	Inadmisibilidad
Garantía ofertada	Puntaje						
Igual o superior a 12 meses	100 puntos						
Menor a 12 meses	Inadmisibilidad						
REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Entrega dentro de los plazos.</td><td>100</td></tr><tr><td>Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma</td><td>70</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Entrega dentro de los plazos.	100	Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70
Garantía ofertada	Puntaje						
Entrega dentro de los plazos.	100						
Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70						

	No entrega antecedentes o no salva errores u omisiones una vez requerido por el servicio.	0
	La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%	
RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: 1. Oferta Técnica. 2. Garantía Técnica. 3. Oferta Económica. 4. Cumplimiento de Requisitos Formales.	

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

Proveedor	RUT
COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA	77.749.210-1

V. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación de Especificaciones Técnicas “CAMILLA DE EXAMEN” – Oferente COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA

		6.426.000		Nº Oferente		1				
				Nombre Proveedor		PTM CHILE				
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Nombre Oferta		CAMILLA GINECOLOGICA				
NOMBR E ITEM	CAMILLA EXAMEN GENERAL TRANSFORMABLE			MARCA		YAN MEDICAL				
CANTID AD	2			MODELO		GYE-6				
ITEM	1			ORIGEN		CHINA				
Correlat ivo	EETT			Categoriza ción	Pondera ción	Cum ple SI =1 NO=0	Punt aje total	Indicar catálog o o Ficha Técnica y página referen cia	Obser va ción Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	GENERALIDADES									
1.1	Camilla de examen general transformable.			EXCLUYE NTE	*		*	PAG Nº 1 / FICHA TECNIC A		
1.2	Con al menos 3 cajones.			EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG Nº 2/ FICHA TECNIC A	2 FRONTAL ES	Ficha Técnica GYE-6, pág.2: 'base con 5 cajones (3 de apertura bilateral)' ≥ 3 exigidos.

1.3	Con al menos 5 cajones.	DESEABLE	2	1	2	PAG N° 2/ FICHA TECNIC A	3 LATERAL ES	Ficha Técnica GYE-6, pág.2: 5 cajones en total $\geq$ 5 deseados.
1.4	Con escabel deslizable.	DESEABLE	2	1	2	PAG N° 3/ FICHA TECNIC A		Ficha Técnica GYE-6, pág.2: 'Escabel retráctil'.
1.5	Con bandeja para residuos	DESEABLE	2	0	0	PAG N° 3 / FICHA TECNIC A		No se encontró mención a 'bandeja para residuos' en ninguna de las 3 páginas de la ficha técnica aportada (ni GYE-6 ni Vitality). Sin evidencia documental, no se otorga puntaje.
1.6	Con respaldo articulado ajustable entre 0 a 80° +/- 10°. Indicar	EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG N° 4/ FICHA TECNIC A		Ficha Técnica GYE-6, pág.2: 'respaldo ajustable mediante resorte a gas permite una inclinación de hasta 75°'
1.7	Logra postura de 180° con respecto al piso (que permita transformación a camilla de examen).	EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG N° 4 / FICHA TECNIC A		Ficha Técnica GYE-6, pág.2: 'respaldo ajustable mediante resorte a gas permite una inclinación de 0° hasta 75°'
1.8	Superficie acolchada, tapizado en material resistente, lavable y con alta resistencia a los agentes desinfectantes.	EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG N° 3 / FICHA TECNIC A		Ficha Técnica GYE-6 pág.2 ('Tapiz sin costuras, impermeable y lavable'; 'Resistente a desinfección con detergente hospitalario') y ficha Vitality pág.3 ('Acolchado piel sintética sin costuras, resistente a derrames') acreditan en conjunto la característica.

1.9	Colchoneta de espuma de alta densidad de espesor 10 cm o superior	DESEABLE	5	0	0	PAG N° 4/ FICHA TECNIC A		No se especifica espesor de colchoneta en ninguna página de la ficha técnica aportada. Sin evidencia documental del espesor (≥10 cm), no se otorga puntaje.
1.10	Con porta sabanilla o porta rollo para papel de camilla. Incluir al menos 01 rollo de papel de camilla.	EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG N° 1/ FICHA TECNIC A	INCLUYE 2 SABANIL LAS	Se indica inclusión
1.11	Con pierneras regulables	EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG N° 3/ FICHA TECNIC A		Ficha Técnica GYE-6 pág.2: 'Apoya piernas extensible acolchado'
1.12	Pierneras no desmontables	DESEABLE	5	0	0	PAG N° 3/ FICHA TECNIC A		
1.13	Capacidad de carga ≥ 150 kg.	EXCLUYE NTE	*	1	*	PAG N° 1/ FICHA TECNIC A	235 KG	El valor declarado por el Oferente (235 kg) consta en la ficha del modelo VITALITY HL-A240C (pág.3: 'Carga segura 235kg')
2	DIMENSIONES							
2.1	Alto: 80 [cm] Tolerancia ± 10 [cm]. Indicar.	DESEABLE	2	1	2	PAG N° 4/ FICHA TECNIC A	83 CM	El valor 83 cm figura en la ficha de VITALITY HL-A240C (pág.3)
2.2	Ancho: 70 [cm] Tolerancia ± 10 [cm]. Indicar.	DESEABLE	2	1	2	PAG N° 4/ FICHA	73 CM	El valor 73 cm figura en la ficha de VITALITY HL-A240C (pág.3)

						TECNIC A		
2.3	Fondo: 190 [cm] Tolerancia $\pm$ 10 [cm]. Indicar.	DESEABLE	2	1	2	PAG Nº 4 / FICHA TECNIC A	180 CM	El valor 180 cm figura en la ficha de VITALITY HL-A240C (pág.3)
3	ACCESORIOS							
3.1	Incluir un (01) piso taburete, con respaldo y altura regulable. Para cada una de las camillas.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM	OFERTA INCLUYE TABURET E	Acreditado en Certificado de Cumplimiento PTM Chile SPA (CERT.PTM.pdf, pág.1), firmado por el Gerente General: 'Incluir un (01) piso taburete, con respaldo y altura regulable... para cada una de las camillas.'
3.2	Incluir una (01) lámpara de examen, la cual podrá integrarse a la mesa o bien disponerse como unidad externa móvil con cuatro o más ruedas. Para cada una de las camillas.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM	OFERTA INCLUYE LAMPAR A EXAMEN	Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.2: 'Incluir una (01) lámpara de examen...'
3.3	Incluir un (01) porta suero de acero inoxidable con un mínimo de dos ganchos, el cual podrá integrarse a la mesa o bien disponerse como unidad externa móvil con cuatro o más ruedas. Para cada una de las camillas.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM	INCLUYE PORTA SUERO	Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.2: 'Incluir un (01) porta suero de acero inoxidable con un mínimo de dos ganchos...' — coincide textualmente con lo exigido.
4	CERTIFICACIONES							
4.1	Cumple con certificación CE y/o FDA o equivalente técnico.	EXCLUYE NTE	*	0	*	CARPE TA CERT. DE MARC A		Certificado FDA (2026 FDA.pdf) y Declaración de Conformidad UDI a nombre de 'BETTER MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD', fabricante distinto al declarado (YAN MEDICAL). El listado de productos FDA no identifica el modelo GYE-6. No se acredita certificación CE/FDA vigente para el equipo efectivamente ofertado
5								

5.1	Todas las unidades deben ser nuevas y no refaccionadas.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.1: 'Todos los equipos ofertados... serán nuevos, sin uso previo.'
5.2	Manual de usuario en español o instructivo de uso.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.1: 'Manual de usuario en español o instructivo de uso será entregado con los productos.'
5.3	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYE NTE	*	0		CARPE TA CERT. DE MARCA		El único certificado de representación de marca en 'CARPETA CERT. DE MARCA' (Representacion Better Medical 2025.pdf) corresponde a 'BETTER MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD', fabricante distinto al declarado para este ítem (YAN MEDICAL). No hay en la carpeta un certificado de representación emitido por Yan Medical.
5.4	Equipamiento debe ser entregado armado en dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.1: 'Equipamiento será entregado armado en dependencias indicadas por el mandante.'
5.5	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM	36 MESES	Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.1: 'La garantía de los equipos ofertados será de 36 meses', supera el mínimo de 12 meses exigido.
5.6	Incluir en la oferta mínimo un (01) mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía del equipo o cantidad de mantenimientos anuales recomendada por el fabricante, sin costo adicional. Indicar.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.1: 'Se incluirá un (01) mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía del equipo.'
5.7	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYE NTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf, pág.1: 'Estarán incluidos todos los accesorios y componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos ofertado.'
PUNTAJE TOTAL			16	6	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE LAS CARACTERISTICAS EXCLUYENTES			

Evaluación de Especificaciones Técnicas “SILLA DE RUEDAS” – Oferente COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA

2.237.000		Nº Oferente		1				
		Nombre Proveedor		PTM CHILE				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Nombre Oferta		SILLA DE RUEDA				
NOMBRE ITEM	SILLA DE RUEDAS ADULTO	MARCA		FOSHAN				
CANTIDAD	10	MODELO		909LBQ-46				
ITEM	2	ORIGEN		CHINA				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	GENERALIDADES							
1.1	Incorpora sistema antivuelco, incluyendo par de ruedas de antivuelco.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG Nº 3 /FICHA TECNICA		Acreditado en Ficha Técnica VITALITY 909LBQ-46, pág.3 (imagen: 'Ruedas anti vuelco con ajuste de altura de 3,8"') y pág.4 (tabla: 'Ruedas anti-vuelco: 2 de 3,8" en PVC').
1.2	Estructura de acero, equivalente técnico o superior técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG Nº 3 /FICHA TECNICA		Ficha Técnica pág.4 (tabla ESPECIFICACIONES GENERALES): 'Estructura: Acero termoesmaltado con pintura electrostática'.
1.3	Respaldo fijo con la capacidad de desmontarse.	EXCLUYENTE	*	0	*	PAG Nº 3 /FICHA TECNICA		No se encontró en la ficha técnica (págs.1-4) ninguna mención a que el respaldo sea desmontable
1.4	Peso máximo soportado: Mayor o igual a 130 kg. Indicar.	EXCLUYENTE	*	0	*	PAG Nº 4 /FICHA TECNICA		Ficha Técnica pág.2 (icono) y pág.4 (tabla): 'Peso máx. usuario: 100 kg', INFERIOR al mínimo exigido de 130 kg. Incumplimiento directo y verificable en la propia ficha técnica del fabricante.
1.5	Piernera batiente y desmontable.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG Nº 3 /FICHA TECNICA		Ficha Técnica pág.3 (imagen): 'Reposa pies plegables, desmontables y con ajuste de altura'

1.6	Banda de pantorrillas o faja tobillera para evitar desplazamiento de los pies.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG N° 3 /FICHA TECNICA	"Ficha Técnica pág.3 (imagen): 'Se visualiza faja solicitada' "
1.7	Apoya pie regulable en altura.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG N° 3 /FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.3 (imagen): 'Reposa pies plegables, desmontables y con ajuste de altura'.
1.8	Ruedas (PVC) delanteras de 7" o superior.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG N° 4 /FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.2 (icono) y pág.4 (tabla): 'Rueda delantera: 8" PVC' ≥ 7" exigido.
2	Ruedas Neumáticas traseras de 24" o superior.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG N° 4 /FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.2 (icono) indica expresamente rueda trasera '24" macizas'
2.1	Ruedas traseras con aro de empuje.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG N° 4 /FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.3 (imagen): 'El aro de propulsión es de tacto suave y con formas anatómicas'.
2.2	Frenos bilaterales.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG N° 4 /FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.3 (imagen): 'Frenos de palanca en cada rueda' — acredita frenos bilaterales.
2.3	Manilla de empuje cuenta con recubrimiento de goma o material antideslizante.	EXCLUYENTE	*	0	*	PAG N° 4 /FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.2 (imagen): 'Asa de comando recubiertas con forma anatómica'. No indica material
2.4	Ancho del asiento: Mayor o igual a 50 cm. Indicar.	EXCLUYENTE	*	0	*		Indica no cumplimiento
2.5	Tapicería de tela nylon respirable y lavable.	EXCLUYENTE	*	0	*	PAG N° 2/FICHA TECNICA	Ficha Técnica pág.4 (tabla): 'Material asiento y respaldo: Tela Oxford'. No se acredita que corresponda a 'tela nylon respirable y lavable'
2.6	Todas las unidades deben ser nuevas y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM	Acreditado en Certificado de Cumplimiento PTM Chile SPA (CERT.PTM.pdf, pág.1): 'Todos los equipos ofertados en la presente licitación serán nuevos, sin uso previo' (declaración genérica aplicable a todos los ítems de la oferta).

2.7	Garantía técnica mínima de 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM	24 MESES	CERT.PTM.pdf pág.1 declara de forma genérica 'La garantía de los equipos ofertados será de 36 meses' para todos los ítems, mientras que el propio Oferente indica específicamente '24 MESES' para este ítem. Existe una inconsistencia entre ambos documentos; no obstante, ambos valores (24 y 36 meses) superan el mínimo exigido de 12 meses
2.8	Equipamiento debe ser entregado en dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf pág.1: 'Equipamiento será entregado armado en dependencias indicadas por el mandante' (declaración genérica).
2.9	El equipamiento debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en las especificaciones técnicas o por falta de descripción. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicar e incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM		Acreditado en CERT.PTM.pdf pág.1: 'Estarán incluidos todos los accesorios y componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos ofertado' (declaración genérica).
PUNTAJE TOTAL			0	0	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES			

VI. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

La única oferta presentada no cumple con el 100% de las características excluyentes establecidas en las especificaciones técnicas para ninguno de los dos ítems contemplados en la adquisición, correspondientes a camillas para examen y sillas de ruedas para adultos, **motivo por el cual la oferta resulta inadmisibile en ambos ítems, no procediendo su continuidad a la etapa de evaluación económica.**

VII. DESERCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN

En virtud de los resultados de la evaluación técnica, se propone declarar desiertos ambos ítems de la presente adquisición mediante cotización a través de Convenio Marco, correspondientes a dos (2) camillas para examen y diez (10) sillas de ruedas para adultos, debido a que la única oferta presentada no cumple con el 100% de las características establecidas como excluyentes en las especificaciones técnicas de ninguno de los dos ítems, no ajustándose a los requisitos mínimos exigidos para la adquisición. En consecuencia, la oferta resulta inadmisibile para ambos ítems, no siendo procedente continuar con la evaluación económica ni efectuar su adjudicación.

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799
Yenifer Constanza Pérez Tapia
Servicio de Salud Tarapacá
Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799
Sebastián Enrique Poblete Fuentes
Servicio de Salud Tarapacá
Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>