

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICIÓN DE CARRO DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO CON BASURERO HETG"

CÓDIGO BIP N° 40063944-0 y 40064243-0

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición tiene por objeto la reposición y adquisición de diecisiete (17) carros de procedimiento con basurero para el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, con la finalidad de fortalecer las labores clínicas y asistenciales de las unidades beneficiadas, mejorando la operatividad y atención de los usuarios.

Presupuesto disponible: \$36.211.700 (treinta y seis millones doscientos once mil setecientos pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a 24 meses o sin considerar al menos una mantención preventiva anual durante dicho período, no adjuntar el certificado de representación de la marca, registrar término anticipado fundado de contrato con el Servicio de Salud Tarapacá dentro de los últimos dos años, o presentar antecedentes falsos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN										
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6										
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del sillón clínico serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%										
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a veinticuatro (24) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 48 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses</td><td>75 puntos</td></tr><tr><td>Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses</td><td>50 puntos</td></tr><tr><td>Igual a 24 meses</td><td>25 puntos</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 48 meses	100 puntos	Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos	Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos	Igual a 24 meses	25 puntos
Garantía ofertada	Puntaje										
Igual o superior a 48 meses	100 puntos										
Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos										
Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos										
Igual a 24 meses	25 puntos										

REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%
RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: - Oferta Técnica. - Garantía Técnica. - Oferta Económica. - Cumplimiento de Requisitos Formales.

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

Proveedor	RUT
PLUSMEDICAL SpA	76.520.087-3
EVENTAIL SPA	76.710.414-6
COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	76.217.441-3

V. ANTECEDENTES FORMALES ADJUNTOS

	OFERENTE 1	OFERENTE 2	OFERENTE 3
	PLUSMEDICAL	EVENTAIL	COMERCIAL RESCATELIFE
CERT. REPRESENTACION DE LA MARCA	SI	NO	SI
GARANTIA TECNICA MIN 24 MESES	SI	NO	SI
TERMINO ANTICIPADO ULTIMOS 2 AÑOS	SI	NO	NO

I. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación de Especificaciones Técnicas “Carro de procedimiento con basurero” – Oferente PLUSMEDICAL SpA

		Nº Oferente	1						
		Nombre Proveedor	PlusMedical						
		Nombre Oferta	ADQUISICIÓN DE CARRO DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO CON BASURERO						
		MARCA	Tribeca						
NOMBRE ITEM	CARRO DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO CON BASURERO	MODELO	Tra-01-I5						
CANTIDAD	17	ORIGEN	Turquía						
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	3 días hábiles (Indicado en cotización)						
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	Observación Comisión Evaluadora
1. Características Generales									
1.1	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Estructura externa, cuerpo de ABS y HDPE con protección antimicrobiana.	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Estructura externa, cuerpo de ABS y HDPE con protección antimicrobiana.	
1.2	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Superficie con bordes redondeados	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Superficie principal con bordes elevados para evitar derrame de líquidos.	
1.3	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Resistente a impactos y golpes en su perímetro inferior y de superficie anticorrosiva para limpieza y desinfección	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Resistente a impactos y golpes en su perímetro inferior y de superficie anticorrosiva para limpieza y desinfección	
1.4	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Superficie principal con bordes elevados para evitar derrame de líquidos	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Superficie principal con bordes elevados para evitar derrame de líquidos.	
1.5	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2 CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Estructura externa, cuerpo de ABS y HDPE con protección antimicrobiana.	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Estructura externa, cuerpo de ABS y HDPE con protección antimicrobiana.	
1.6	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Empuñadura innovadora, para facilitar el transporte del carro	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág.	

								2 indica: • Empuñadura innovadora, para facilitar el transporte del carro	
1.7	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	5 cajones	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Los cajones son de inyección de PC / ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables o 1 cajón h. 250 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente o 2 cajones h. 160 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontal, con divisores transparente o 2 cajones h. 70 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente	
1.8	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Parachoques de seguridad integrado	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • 4 ruedas de doble giro antiestáticas de poliuretano y goma resistentes de 12.5 cm de diámetro. Silenciosas, antipolvo y freno en 2 ruedas, con bloqueo direccional. Parachoques de seguridad integrado	
1.9	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Bandeja extraíble, ver imagen referencial (a)	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: La superficie de trabajo deslizante y de fácil limpieza es ancha de 530 x 600 mm de superficie lisa sin porosidades, con "vidrio blando" removible, permite acomodar el desfibrilador y todos los accesorios.	
1.10	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO	
1.11	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO	
2	CAJONES								
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	1 cajón h. 250 mm	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Los cajones son de inyección de PC	

								/ ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables o 1 cajón h. 250 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente o 2 cajones h. 160 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontal, con divisores transparente o 2 cajones h. 70 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente	
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO	
2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	2 cajones h. 160 mm	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Los cajones son de inyección de PC / ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables o 1 cajón h. 250 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente o 2 cajones h. 160 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontal, con divisores transparente o 2 cajones h. 70 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente	
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Los cajones son de inyección de PC / ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables	
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	divisor vertical y sub-divisores horizontal por cajón	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Los cajones son de inyección de PC / ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables o 1 cajón h. 250 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente o 2 cajones h. 160 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontal, con divisores transparente o 2 cajones h. 70 mm con divisor vertical y	

								sub-divisores horizontales, con divisores transparente	
2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón	Deseable	2	1	2	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Divisor vertical y sub-divisores horizontales configurables más de 12	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Los cajones son de inyección de PC / ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables o 1 cajón h. 250 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente o 2 cajones h. 160 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontal, con divisores transparente o 2 cajones h. 70 mm con divisor vertical y sub-divisores horizontales, con divisores transparente	
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Apertura de cajones completa visualización del contenido	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico para evitar que se salga al extender al máximo. Son extraíbles y con cierre suavizado. Incluye porta etiquetas todos los cajones • Los cajones son de inyección de PC / ABS de plástico por riel deslizante telescópico desmontables pág 1 del documento presenta en (e) y (g) cajones abiertos por completo	
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Sistema de cierre centralizado con sello plástico	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Sistema de cierre centralizado con sello plástico (15 Sellos rotulados).	
2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	1	2	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Sistema de cierre centralizado con sello plástico para todos los cajones	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Sistema de cierre centralizado con sello plástico (15 Sellos rotulados).	
2.10	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico para evitar que se salga al extender al máximo. Son extraíbles y con cierre suavizado.	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico para evitar que se salga al extender al máximo. Son extraíbles y con	

								cierre suavizado. Incluye porta etiquetas todos los cajones	
2.11	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	0	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico para evitar apertura	NO ES POSIBLE VERIFICAR EL COMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
2.12	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	1	2	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico para evitar apertura	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Cajones con sistema de bloqueo en riel telescópico para evitar que se salga al extender al máximo. Son extraíbles y con cierre suavizado. Incluye porta etiquetas todos los cajones	
3	RUEDAS								
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	4 ruedas de doble giro antiestáticas	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • 4 ruedas de doble giro antiestáticas de poliuretano y goma resistentes de 12.5 cm de diámetro. Silenciosas, antipolvo y freno en 2 ruedas, con bloqueo direccional. Parachoques de seguridad integrado	
3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	4 ruedas de doble giro antiestáticas 2 con freno	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • 4 ruedas de doble giro antiestáticas de poliuretano y goma resistentes de 12.5 cm de diámetro. Silenciosas, antipolvo y freno en 2 ruedas, con bloqueo direccional. Parachoques de seguridad integrado	
4	DIMENSIONES								
4.1	Altura : De 100 cm (±10 cm)	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 1	Altura 100 cm	Cumple según lo indicado en pág 1 doc "CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5": 100 cm	
4.2	Ancho : De 80 cm. (±10 cm) (sin considerar accesorios)	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 1	Ancho 79 cm	Cumple según lo indicado en pág 1 doc "CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5": 79 cm	

4.3	Profundidad: 55 cm (±5 cm) Estimados, se acepta ofertar carro con profundidad de 61cm.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 1	Prof 61 cm	Cumple según lo indicado en pág 1 doc "CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5": 61 cm	
5	ACCESORIOS								
5.1	Porta suero con al menos 2 ganchos.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Porta suero metálico telescópico, ajustable en altura y con doble gancho	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Porta suero metálico telescópico, ajustable en altura y con doble gancho.	
5.2	Porta suero con 4 ganchos	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO	
5.3	1 Soporte para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	contenedor de residuos cortopunzante y/ o guantes de procedimiento.	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Varias configuraciones disponibles para el contenedor de residuos cortopunzante o guantes de procedimiento.	
5.4	1 Contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	contenedor de residuos cortopunzante y/ o guantes de procedimiento.	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Varias configuraciones disponibles para el contenedor de residuos cortopunzante o guantes de procedimiento.	
5.5	1 Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Basurero con tapa	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • Basurero con tapa	
5.6	1 Basurero o contenedor o soporte adicional para las ampollas con anclaje al carro o porta suero.	Excluyente	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-3134ZWQ	Portasuero adicional	Cumple con lo solicitado, según lo indicado en documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-3134ZWQP"	
5.7	1 juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego esta constituido por al menos 2 copias de llaves.	Excluyente	*	0	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Equivalente técnico, cierre centralizado por sello de plástico	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	
5.8	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a carro los accesorios solicitados	Excluyente	*	1	*	CATALOGO EMERGENCY CART TRA-01-I5, Pag 2	Anclajes para accesorios carros	Cumple con lo solicitado, en documento "catalogo_emergency_cart_tra-01-i5_2" pág. 2 indica: • La superficie de trabajo deslizante y de fácil limpieza es ancha de 530 x 600 mm de superficie lisa sin porosidades, con "vidrio blando" removible, permite acomodar el desfibrilador y todos los accesorios.	
5.9	01 Soporte o barra adicional la cual pueden ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO	

	accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.								
6	CERTIFICACIONES								
6.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	1	*	CE TRIBECA, Pag 1	CE TRIBECA, Pag 1	Cumple con lo indicado en documento "CE TRIBECA"	
7	EXIGENCIAS								
7.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	Certificado de Equipos Nuevos, Partes y piezas 2026, Pag 1	Certificado de Equipos Nuevos, Partes y piezas 2026, Pag 1	Cumple con lo solicitado, según documento "Certificado de Equipos Nuevos, Partes y piezas 2026"	
7.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	Excluyente	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-3134ZWQP, Pag 1	Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-3134ZWQP, Pag 1	Cumple con lo solicitado, según documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-3134ZWQP"	
PUNTAJE TOTAL			16	PROVEEDOR NO CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES					

Evaluación de Especificaciones Técnicas “Carro de procedimiento con basurero” – Oferente EVENTAIL SPA

		Nº Oferente		2					
		Nombre Proveedor		Eventail Spa					
		Nombre Oferta		5802381-3134ZWQP					
		MARCA		NO INDICA					
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODELO		Carro de Paro ABS					
CANTIDAD	17	ORIGEN		China					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		5 días hábiles (Indicado en cotización)					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	Observación Comisión Evaluadora
1. Características Generales									
1.1	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Fabricado en ABS con estructura de acero y aluminio.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Estructura de polímero ABS postformado. Estructura reforzada en acero y aluminio.	
1.2	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Superficie con bordes redondeados.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Superficie superior ABS con bordes anti caídas.	
1.3	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Resistente a agentes de desinfección hospitalaria.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
1.4	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Superficie con bordes anti caídas y retención.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Superficie superior ABS con bordes anti caídas.	
1.5	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se especifica tratamiento antimicrobiano.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
1.6	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Cuenta con pasamanos y manillas de aluminio.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Pasamanos y manillas de aluminio.	
1.7	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Incluye 5 cajones.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: 5 cajones con rieles de aluminio de suave desplazamiento.	

1.8	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se especifica parachoques inferior.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
1.9	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Incluye mesa de trabajo telescópica.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Mesa de trabajo telescópica.	
1.10	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	1	2	Ficha Técnica	Incluye bandeja lateral de extensión.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Bandeja lateral de extensión en PVC.	
1.11	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica	Posibilidad de colores diferenciados en cajones.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
2	CAJONES								
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se indican dimensiones de cajones.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica	No se indican dimensiones de cajones.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se indican dimensiones de cajones.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Cajones con rieles/guías telescópicas.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se mencionan separadores.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajon	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica	No se mencionan separadores.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Apertura completa para visualización.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Cuenta con cerradura frontal.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Cerradura central de seguridad. Cajones con manillas ergonómicas y etiquetas tipo ranura sellada.	
2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	1	2	Ficha Técnica	Cuenta con cerradura central.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Cerradura central de seguridad. Cajones con manillas ergonómicas y etiquetas tipo ranura sellada.	

2.10	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se especifica cierre suavizado.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.11	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se especifica sistema anti apertura involuntaria.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
2.12	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	1	2	Ficha Técnica	Cajones con porta etiquetas selladas.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Cajones con manillas ergonómicas y etiquetas tipo ranura sellada.	
3	RUEDAS								
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Sistema antiestático.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Sistema antiestático.	
3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	4 ruedas, 2 con freno.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Ruedas y Movilidad 4 ruedas de 4" grado hospitalario. 2 ruedas con sistema de freno.	
4	DIMENSIONES								
4.1	Altura : De 100 cm (±10 cm)	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Altura 93 cm aprox.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Dimensiones: 85 x 52 x 93 cm	
4.2	Ancho : De 80 cm. (±10 cm) (sin considerar accesorios)	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Ancho 85 cm aprox.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Dimensiones: 85 x 52 x 93 cm	
4.3	Profundidad: 55 cm (±5 cm) Estimados, se acepta ofertar carro con profundidad de 61cm.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Profundidad 52 cm aprox.	Cumple con lo solicitado, en documento "s001607_merged_2" pág. 1 indica: Dimensiones: 85 x 52 x 93 cm	
5	ACCESORIOS								
5.1	Porta suero con al menos 2 ganchos.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Porta suero telescópico incluido.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
5.2	Porta suero con 4 ganchos	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica	No se especifica cantidad de ganchos.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
5.3	1 Soporte para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se menciona soporte para guantes.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
5.4	1 Contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*		*	Ficha Técnica	Incluye soporte para cortopunzantes.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
5.5	1 Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Incluye basurero lateral.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	

5.6	1 Basurero o contenedor o soporte adicional para las ampollas con anclaje al carro o porta suero.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Incluye contenedor lateral adicional.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
5.7	1 juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego esta constituido por al menos 2 copias de llaves.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se especifica cantidad de llaves.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
5.8	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a carro los accesorios solicitados	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	Incluye soportes y anclajes para accesorios.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
5.9	01 Soporte o barra adicional la cual pueden ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica	Incluye barra/estructura superior para accesorios.	NO INDICA OBSERVACIÓN EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
6	CERTIFICACIONES								
6.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	0	*	Ficha Técnica	No se adjunta certificado CE/FDA.	PROVEEDOR INDICA NO ESPECIFICAR	
7	EXIGENCIAS								
7.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Equipo nuevo sin uso.	Proveedor indica cumplimiento en anexo EETT	
7.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Incluye accesorios necesarios para funcionamiento.	Proveedor indica cumplimiento en anexo EETT	
PUNTAJE TOTAL			16	PROVEEDOR NO CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES					

Evaluación de Especificaciones Técnicas "Carro de procedimiento con basurero" – Oferente COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA

		N° Oferente		3					
		Nombre Proveedor		COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA					
		Nombre Oferta		CARROS DE PROCEDIMIENTO CON BASURERO					
		MARCA		RESCATELIFE (se adjunta registro de marca)					
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODELO		RL1001					
CANTIDAD	17	ORIGEN		CHINA					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		NO INDICA					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	Observación Comisión Evaluadora
1. Características Generales									
1.1	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Cuerpo en ABS médico; chasis/asas metálicas; accesorios en acero inoxidable y polímeros técnicos.	
1.2	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Superficie de trabajo segura: cubierta con reborde antiderrame y barandas inox; bandeja retráctil adicional tipo meseta.	
1.3	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 4 indica: ABS: paño suave con detergente neutro; desinfectar con alcohol al 70 % o amonio cuaternario; evitar solventes/abrasivos.	
1.4	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Superficie de trabajo segura: cubierta con reborde antiderrame y barandas inox; bandeja retráctil adicional tipo meseta.	
1.5	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
1.6	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Movilidad hospitalaria: ruedas con giro de 360°	

								(dos con freno) y múltiples asas de maniobra, incluyendo baranda perimetral superior.	
1.7	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Organización eficiente: cajonería en 5 niveles con rieles suaves y porta-etiquetas externos; sistema de separadores internos configurables.	
1.8	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CARACTERISTICA PUES NO SE INDICA EN FICHA TÉCNICA	
1.9	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Superficie de trabajo segura: cubierta con reborde antiderrame y barandas inox; bandeja retráctil adicional tipo meseta.	
1.10	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
1.11	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA	SOLO COLOR ROJO, SIN EMBARGO TARJETAS PARA CLASIFICAR PUEDEN SER DE DIFERENTES COLORES	PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ANEXO EETT	
2	CAJONES								
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA	porta suero 4 ganchos	Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Accesorios clínicos integrados: bandeja porta-monitor desmontable, porta-suero telescópico, doble basurero y depósito para punzocortantes/ jeringas.	
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ANEXO EETT	
2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: 2 Medianos 56 ancho x 40,5 largo x 10 alto	
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Almacenamiento (gavetas) Riel telescópico ; porta-tarjetas por gaveta	

2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Separadores (24 piezas)	
2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón	Deseable	2	1	2	FICHA TECNICA	se incluyen 24 separadores divididos en 5 cajones	Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Separadores (24 piezas)	
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 1 indica: Seguridad del contenido: cierre por llave tradicional.	
2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	1	2	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Cerradura tradicional con llave centralizada • Zapatilla integrada de 4 tomas.	
2.10	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
2.11	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
2.12	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	1	2	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Almacenamiento (gavetas) Riel telescópico ; porta-tarjetas por gaveta	
3	RUEDAS								
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 4 indica: 4 ruedas hospitalarias 360° (2 con freno + 2 libres).	
4	DIMENSIONES								
4.1	Altura : De 100 cm (±10 cm)	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3	

								indica: 52,3 cm (Largo) × 66 cm (Ancho base) × 85 cm (con asas) x 106 cm (Alto)	
4.2	Ancho : De 80 cm. (±10 cm) (sin considerar accesorios)	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: 52,3 cm (Largo) × 66 cm (Ancho base) × 85 cm (con asas) x 106 cm (Alto)	
4.3	Profundidad: 55 cm (±5 cm) Estimados, se acepta ofertar carro con profundidad de 61cm.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: 52,3 cm (Largo) × 66 cm (Ancho base) × 85 cm (con asas) x 106 cm (Alto)	
5	ACCESORIOS								
5.1	Porta suero con al menos 2 ganchos.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Porta-suero 4 ganchos	
5.2	Porta suero con 4 ganchos	Deseable	2	1	2	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Porta-suero 4 ganchos	
5.3	1 Soporte para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL COMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
5.4	1 Contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: 2 basureros; depósito de jeringas/punzocortantes;	
5.5	1 Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: 2 basureros; depósito de jeringas/punzocortantes;	
5.6	1 Basurero o contenedor o soporte adicional para las ampollas con anclaje al carro o porta suero.	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL COMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
5.7	1 juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego esta constituido por al menos 2 copias de llaves.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Cumple con lo solicitado, en documento "carro_de_paro_abs_grande_-_rl1001_1_" pág. 3 indica: Seguridad del contenido: cierre por llave tradicional.	
5.8	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a carro los accesorios solicitados	Excluyente	*	0	*	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL COMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	

5.9	01 Soporte o barra adicional la cual pueden ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		NO ES POSIBLE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REFERENCIADA	
6	CERTIFICACIONES								
6.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	0	*	SE ADJUNTA CERTIFICACIONES		EN DOCUMENTO "CE 2024 (Medical Chair) Liaison Medical - 副本 (1)" NO SE PRESENTA EL MODELO OFERTADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INDICA MEDICAL CHAIR.	
7	EXIGENCIAS								
7.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Proveedor indica cumplimiento en anexo EETT	
7.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	Excluyente	*	1	*	FICHA TECNICA		Proveedor indica cumplimiento en anexo EETT	
PUNTAJE TOTAL			16	PROVEEDOR NO CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERISTICAS EXCLUYENTES					

II. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3
Nombre Proveedor	PlusMedical	Eventail Spa	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA
Nombre Oferta	ADQUISICIÓN DE CARRO DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO CON BASURERO	5802381-3134ZWQP	CARROS DE PROCEDIMIENTO CON BASURERO
MARCA	Tribeca	NO INDICA	RESCATELIFE (se adjunta registro de marca)
MODELO	Tra-01-I5	Carro de Paro ABS	RL1001
ORIGEN	Turquía	China	CHINA
PLAZO DE ENTREGA	3 días hábiles (Indicado en cotización)	5 días hábiles (Indicado en cotización)	NO INDICA
Cumple con el 100% de las características excluyentes.	NO	NO	NO

III. SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Del análisis de las ofertas recibidas se concluye que ninguna de ellas cumple íntegramente con las características técnicas excluyentes establecidas en las especificaciones técnicas del proceso. Por lo anterior, no se configuran ofertas admisibles para efectos de adjudicación, correspondiendo declarar desierto el proceso de compra, de conformidad con la normativa aplicable.