

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES"

CÓDIGO BIP N° 40064243-0

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición contempla la compra de diez (10) sillones clínicos destinados a la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, con la finalidad de fortalecer la atención clínica y mejorar las condiciones de atención de los pacientes.

Presupuesto disponible: \$51.140.464 (cincuenta y un millones ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a 24 meses o sin considerar al menos una mantención preventiva anual durante dicho período, no adjuntar el certificado de representación de la marca, registrar término anticipado fundado de contrato con el Servicio de Salud Tarapacá dentro de los últimos dos años, o presentar antecedentes falsos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN										
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6										
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del sillón clínico serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%										
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a veinticuatro (24) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 48 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses</td><td>75 puntos</td></tr><tr><td>Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses</td><td>50 puntos</td></tr><tr><td>Igual a 24 meses</td><td>25 puntos</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 48 meses	100 puntos	Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos	Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos	Igual a 24 meses	25 puntos
Garantía ofertada	Puntaje										
Igual o superior a 48 meses	100 puntos										
Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos										
Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos										
Igual a 24 meses	25 puntos										

REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%
RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: - Oferta Técnica. - Garantía Técnica. - Oferta Económica. - Cumplimiento de Requisitos Formales.

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

Proveedor	RUT
HEMISFERIO SUR S.A.	96.533.330-4
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	92.999.000-5
GOOD HOSPITAL SPA	77.367.722-0
LEFI SPA	77.324.357-3
EVENTAIL SPA	76.710.414-6
PLUSMEDICAL SpA	76.520.087-3
GLOMAX S.A.	76.817.867-4
COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	76.217.441-3
KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ	15.888.842-4

V. ANTECEDENTES FORMALES ADJUNTOS

	OFERENTE 1	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4	OFERENTE 5	OFERENTE 6	OFERENTE 7	OFERENTE 8	OFERENTE 9
	HEMISFERIO SUR	ARQUIMED	GOOD HOSPITAL	LEFI SPA	EVENTAIL SPA	PLUSMEDICAL SPA	GLOMAX SPA	COMERCIAL RESCATELIFE	KATHERINE ZAMORANO L.
CERT. REPRESENTACION DE LA MARCA	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO
GARANTIA TECNICA MIN 24 MESES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TERMINO ANTICIPADO ULTIMOS 2 AÑOS	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO

I. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación de Especificaciones Técnicas “Sillón Clínico” – Oferente HEMISFERIO SUR S.A.

		Nº Oferente		1				
		Nombre Proveedor		HEMISFERIO SUR S.A.				
		Nombre Oferta		ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES				
		MARCA		NITROCARE				
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO	MODELO		NHS 911 AURA S				
CANTIDAD	10	ORIGEN		TURQUIA				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		135 días hábiles (Indicado en cotización)				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1	Equipo ofertado cuenta con Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas, utilizado en areas como: uso postoperatorios, terapia respiratoria, lactancia, diálisis, quimioterapia, observación en recuperación, descanso de médicos y silla acompañante.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Puede ser utilizada en uso postoperatorios, terapia respiratoria, lactancia, diálisis, quimioterapia, observación en recuperación, descanso de médicos y silla acompañante.
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1	Equipo ofertado cuenta con sistema de movimientos mecánico.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: El sillón clínico mecánico AURA S combina funcionalidad, comodidad y diseño moderno, convirtiéndose en la mejor opción para hospitales, clínicas y centros de salud.

1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con apoya brazos, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Los reposabrazos son abatibles lateralmente, lo que facilita el desplazamiento del paciente. Están acabados en madera resistente a los tratamientos de limpieza y desinfección hospitalarios.
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	1	2	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con apoya brazos abatibles, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Los reposabrazos son abatibles lateralmente, lo que facilita el desplazamiento del paciente. Están acabados en madera resistente a los tratamientos de limpieza y desinfección hospitalarios.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con reposa pies retráctil, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Soporte de Pie Extensible: El equipo incluye un soporte de pie de sección extensible elaborado en material compacto de HPL, ajustable mediante un mecanismo equipado con una rueda doble,
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con asa para traslado, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Asas de Empuje: El respaldo cuenta con asas de empuje para facilitar el traslado del paciente de manera segura.

1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con bandeja integrada al sillón, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Mesa Lateral Retráctil: El sillón incluye una mesa lateral retráctil de 361 mm x 350 mm, fabricada en material compacto HPL, diseñada para facilitar su uso por parte del paciente.
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con portasueros, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Porta suero Ajustable: Incorpora un porta suero de altura ajustable, con gancho para asegurar su funcionalidad en diversos tratamientos.
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con Con cuatro ruedas, con sistema de frenado, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Ruedas de Alta Calidad: Equipado con 4 ruedas dobles, de termoplástico, de 101 mm de diámetro, antiestáticas, con giro de 360°. Dos de las ruedas incluyen freno, ubicadas estratégicamente para garantizar un acceso fácil y rápido por parte del personal clínico.
1.11	Capacidad de carga $\geq$ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1	Equipo ofertado cuenta con capacidad de carga de 225 kg.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Capacidad de Carga: El sillón tiene una capacidad mínima de carga

								segura para el paciente de 225 kg, asegurando la seguridad y estabilidad del paciente.
1.12	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	DESEABLE	2	1	2	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1	Equipo ofertado cuenta con capacidad de carga de 225 kg.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Capacidad de Carga: El sillón tiene una capacidad mínima de carga segura para el paciente de 225 kg, asegurando la seguridad y estabilidad del paciente.
2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1	Equipo ofertado cuenta con Fabricado en acero metálica con recubrimiento electroestático que garantiza estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Cuenta con tapizado en cuero sintético resistente, estructura metálica robusta, ruedas Tente antiestáticas y mesa lateral retráctil.
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1	Equipo ofertado cuenta con espuma de alta densidad de 32 kg/m3.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Sillón fabricado con espuma de alta densidad de 32 kg/m3, tapizado en cuero sintético de alta resistencia.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA - DESINFECCIÓN - SILLONES / PAG. 1	Equipo ofertado cuenta con tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Diseñado para soportar alto tráfico, ofrece fácil limpieza y es ideal para entornos con exigentes protocolos de higiene

								hospitalaria. Además, es ignífugo y resistente a líquidos, garantizando durabilidad y seguridad.
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con Inclinación de respaldo, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Reclinable y Ajustable: El respaldo es ajustable mediante una manilla de seguridad que permite liberar y posicionar el espaldar en ángulos negativos hasta alcanzar la posición de Trendelenburg. El sillón cuenta con al menos 3 secciones ajustables para mayor confort del paciente.
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CT_NHS911AURA_ES / PÁG. 1-2	Equipo ofertado cuenta con Elevación de piernas, ver imágenes referenciales.	Documento "CT_NHS911AURA_ES.PDF" pág 1, indica: Reclinable y Ajustable: El respaldo es ajustable mediante una manilla de seguridad que permite liberar y posicionar el espaldar en ángulos negativos hasta alcanzar la posición de Trendelenburg. El sillón cuenta con al menos 3 secciones ajustables para mayor confort del paciente.
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta compromiso / PÁG. 1	Se incluyen todos accesorios requeridos para correcta operación del equipo, ver documento adjunto.	Documento "Carta Compromiso.pdf" indica: - Se suministran los accesorios, insumos o componentes no especificado, que permitan el óptimo funcionamiento del equipo.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad.	EXCLUYENTE	*	1	*	CE DECLARATION PÁG. 1 - 6	Ver documento adjunto	Documento "CE DECLARATION.pdf" indica:

	En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.							- Marca Nitrocare, producto Chemotherapy Chair NHS 911
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado Equipo Nuevo Pág. 1	Ver documento adjunto	Documento "Certificado Equipo Nuevo.pdf" indica: Hemisferio Sur S.A. garantiza que los equipos ofertados en la propuesta ID 5802381-8673UOHC, corresponden a equipos nuevos, no se encuentran discontinuados ni refaccionados o usados y fueron fabricados en el presente año.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Instalación y Puesta en Marcha Pág. 1 - 2	Ver documento adjunto	Se corrobora en documento "Instalación y Puesta en Marcha.pdf,"
PUNTAJE TOTAL			8	8				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "Sillón Clínico" – Oferente IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA

		Nº Oferente	2					
		Nombre Proveedor	Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada					
		Nombre Oferta	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	Medisa					
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO	MODELO	Flow 4FC					
CANTIDAD	10	ORIGEN	España					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	10 días hábiles (Indicado en cotización)					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	0	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 1 a 7	Se oferta sillón clínico	Sillón ofertado no corresponde a sillón tipo berger.
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 3	Movimiento con mecanismo independiente para la articulación del respaldo y reposapiés, mediante accionamiento neumático bilateral con resorte a gas, lo que reduce la fuerza necesaria para activar el mecanismo. Permite el retorno automático a la posición de sillón. Palancas de accionamiento de fácil acceso para el paciente sentado en ambos lados del sillón y sistema de bloqueo.	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 3, indica: Movimiento con mecanismo independiente para la articulación del respaldo y reposapiés, mediante accionamiento neumático bilateral con resorte a gas, lo que reduce la fuerza necesaria para activar el mecanismo. Permite el retorno automático a la posición de sillón.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 4	Cuenta con apoya brazos	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 4, indica: Apoyabrazos regulables en altura que

								permiten un fácil acceso del paciente para ponerse de pie o sentarse con la máxima seguridad y comodidad.
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	0	0	CATALOGO FLOW4FC, pag 4	Apoya brazos son regulables en altura	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 4, indica: Apoyabrazos regulables en altura que permiten un fácil acceso del paciente para ponerse de pie o sentarse con la máxima seguridad y comodidad. No se indica que sean abatibles.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 4	Reposapiés integrado, extensible y escamoteable, con sistema anti-vuelco	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 4, indica: Reposapiés integrado, extensible y escamoteable, con sistema anti-vuelco,
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 5	Asa de traslado en el respaldo para su fácil transporte, realizado en tubo de acero con recubrimiento epoxy.	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 5, indica: Asa de traslado en el respaldo para su fácil transporte, realizado en tubo de acero con recubrimiento epoxy.
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	CATALOGO FLOW4FC, pag 6	cuenta con bandeja auxiliar	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 6, indica: Bandeja auxiliar
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	CATALOGO FLOW4FC, pag 6	Cuenta con porta suero	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 6, indica: Porta suero
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 4	El sillón FLOW 4FC está equipado con cuatro ruedas dobles de Ø	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 4, indica:

							125mm, de diámetro, y una rueda direccional, su construcción en ABS es blindada, anti pelusa y anti-hilos.	El sillón FLOW 4FC está equipado con cuatro ruedas dobles de Ø 125mm, de diámetro, y una rueda direccional, su construcción en ABS es blindada, anti pelusa y anti-hilos. Sistema de freno centralizado con activación mediante barra externa y pedales bilaterales de tres posiciones: freno total cuatro ruedas, posición neutra y freno direccional.
1.11	Capacidad de carga ≥ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 7	tiene capacidad de 180kg	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pag 7, indica: Carga máxima Hasta 180 kg
1.12	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0	CATALOGO FLOW4FC, pag 7	tiene capacidad de 180kg	Proveedor indica no cumplimiento
2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 2	Ergonómico y robusto, con estructura fabricada en tubo de acero laminado en frío	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pag 2, indica: Ergonómico y robusto, con estructura fabricada en tubo de acero laminado en frío de 1,5mm de espesor. La estructura metálica con sus superficies lisas y bordes redondeados tiene recubrimiento de pintura epoxy de 80 micras. Garantiza una alta resistencia a los impactos y rozamientos.
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 5	acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad de 25 kg/m3, inyectada y moldeada en frío, pensado para el óptimo	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pag 5, indica: Asiento realizado en estructura metálica, garantizando una gran resistencia en sus

							confort y adecuación ergonómica. Espesor de 10 cm.	condiciones más desfavorables de uso, con acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad de 25 kg/m3, inyectada y moldeada en frío, pensado para el óptimo confort y adecuación ergonómica. Espesor de 10 cm.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 2	Asiento, respaldo y tramo de piernas tapizados en tela vinílica de alta calidad, ignífuga, impermeable, antimicrobiana y antibacteriana, exenta de látex y resistente a los productos de desinfección y detergentes utilizados normalmente en un medio hospitalario.	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 6, indica: Tapizado liso no poroso en tela vinílica auto-extinguible (según normativa) con capa protectora impermeable, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, de alta resistencia a la abrasión. Resistencia a microorganismos, productos químicos, la transpiración y la saliva humana, resistencia a la orina, resistencia a la sangre, resistencia a la luz UV. Superficie resistente a las manchas de fácil limpieza y mantenimiento, con costuras no visibles.
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 5	articulación del respaldo y reposapiés, mediante accionamiento neumático bilateral con resorte a gas,	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 6, indica: Angulación respaldo 85o a 168o
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CATALOGO FLOW4FC, pag 5	Reposapiernas articulado en varias posiciones, con acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad.	Documento "CATALOGO FLOW4FC.pdf" pág 3, indica: Reposapiernas de ajuste independiente, articulado mediante pistón a gas, con inclinación en diferentes grados y abatible hasta posición cero, es

								escamoteable bajo el asiento lo que permite y no obstaculiza el acceso al sillón.
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado arquimed, pag 1	se adjunta certificado de cumplimiento.	Documento "Certificado arquimed.pdf" indica: Punto 4.1: De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	CUMPLIMIENTO NORMATIVAS CE, pag 1	se adjunta certificado	Se corrobora en documento "DECLARACION CONFORMIDAD CE SILLON FLOW 4FC.pdf"
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO NUEVA FABRICACION, pag 1	se adjunta certificado	Documento "CERTIFICADO NUEVA FABRICACION.pdf" indica: Los equipos ofertados, incluyendo todos sus componentes y accesorios, son de fabricación completamente nueva, correspondientes al año 2025, y no han sido

								refaccionados, reacondicionados ni utilizados previamente.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado arquimed,pag 1	se adjunta certificado de cumplimiento.	Documento "Certificado arquimed.pdf" indica: Punto 6.2: El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "Sillón Clínico" – Oferente GOOD HOSPITAL SPA

		Nº Oferente	3					
		Nombre Proveedor	GOOD HOSPITAL SPA.					
		Nombre Oferta	Sillón Clínico CFS ITALIA					
		MARCA	CFS ITALIA					
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO	MODELO	RELAX/THERAPY COUCH - 2422-2					
CANTIDAD	10	ORIGEN	ITALIA					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	90 días corridos (Indicado en cotización)					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	0	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1		Sillón ofertado no corresponde a sillón tipo berger.
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	Servo asistido	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: 3-section couch, with epoxy powder-coated steel frame. Servo-assisted independent backrest and legrest movements by gas spring controlled by special lever located under the seat, easy to reach.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1		Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Padded armrests that are foldable and synchronized with the movement of the backrest.
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	0	0	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	plegables y sincronizados con el respaldo	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Padded armrests that are foldable and synchronized with the movement of the backrest.

								No se indica que sean abatibles.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1		Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 2, indica: PULL-OUT FOOTBOARD
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	ubicada en el respaldo	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Push handle fixed on backrest.
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	TECHNICAL SHEETS / Pág 2	Incluye accesorio	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 2, indica: TILTABLE MEAL TRAY
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	TECHNICAL SHEETS / Pág 2	Incluye accesorio	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 2, indica: IV POLE - 2 HOOKS
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1		Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Base on 4 wheels: two unidirectional front wheels,
1.11	Capacidad de carga ≥ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	180 kg.	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Load capacity: 180 kg evenly distributed
1.12	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	180 kg.	Proveedor indica no cumplimiento
2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	Acero con recubrimiento en polvo epoxi	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: 3-section couch, with epoxy powder-coated steel frame.

2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	Tapicería de espuma, densidad 30 kg/m3. Piel sintética ignífuga (clase 1IM)	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Foam upholstery, density 30 kg/m3. Fireproof leatherette (class 1IM), available in a variety of colours.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	Tapicería de espuma, densidad 30 kg/m3. Piel sintética ignífuga (clase 1IM)	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Foam upholstery, density 30 kg/m3. Fireproof leatherette (class 1IM), available in a variety of colours.
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	0° a 80°	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Backrest adj: 0° to +80°.
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	TECHNICAL SHEETS / Pág 1	0° a 90°	Documento "TECHNICAL SHEETS.pdf" pág 1, indica: Legrest adj: 0° to -90°
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta compromiso		Documento "Carta compromiso.pdf" indica: De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o	EXCLUYENTE	*	1	*	DECLARATION OF CONFORMITY CE		Cumple en documento "DECLARATION OF CONFORMITY CE.pdf"

	la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.							
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta compromiso		Documento "Carta compromiso.pdf" indica: · Todas las unidades serán nuevas, sin uso y no refaccionadas.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta compromiso		Documento "Carta compromiso.pdf" indica: El equipo vendrá con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica..
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "Sillón Clínico" – Oferente LEFI SPA

		Nº Oferente		4				
		Nombre Proveedor		Lefi SpA				
		Nombre Oferta		ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES				
		MARCA		Glomed				
NOMBRE ITEM		MODELO		BGA030				
CANTIDAD		ORIGEN		China				
ITEM		PLAZO DE ENTREGA		Despacho en 2 días hábiles (Indicado en cotización)				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" indica: BUTACA CLÍNICA RECLINABLE SOPORTE CAEBZA PORTASUERO Y MESA
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pag 2, indica: • Incorpora mecanismo de regulación neumático interno, de modo que el respaldo y el soporte de piernas se puedan ajustar en cualquier ángulo.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pag 2, muestra imágenes de apoyabrazos..
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	0	0	pag 2	Apoyabrazo derecho abatible	Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pag 2, indica: brazo derecho abatible. Sólo uno de los brazos es abatible.

1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, muestra imágenes de reposapiés.
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: Incorpora una barra de traslado en el respaldo para facilitar su maniobrabilidad,
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: • Mesa de alimentación
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: • Portasuero
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: Ruedas: Incorpora 4 ruedas de 100mm de diámetro, con frenos en cada una.
1.11	Capacidad de carga $\geq$ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: • Resistencia: 180 kg.
1.12	Capacidad de carga $\geq$ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0			Proveedor indica no cumplimiento en Especificaciones Técnicas.
2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2	Acero esmaltado	Documento "documentacion_cm_5802381-

	garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.							8673uohc.pdf" pág 2, indica:
								Estructura de acero esmaltado de 3 mm
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: Parte superior e inferior acolchado de esponja elástica de alta densidad.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	pag 2		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 2, indica: Material asiento: Ecocuero - Tevinil color gris, ideal para una facil limpieza
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	0	*	pag 2		No se puede verificar en documento adjunto
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	0	*	pag 2		No se puede verificar en documento adjunto
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el optimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención.	EXCLUYENTE	*	0	*	pag 3		Documento "documentacion_cm_5802381-8673uohc.pdf" pág 3, corresponde a certificación de camas eléctricas.

	- Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.							
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "Sillón Clínico" – Oferente EVENTAIL SPA

		Nº Oferente		5				
		Nombre Proveedor		EVENTAIL SPA				
		Nombre Oferta		ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES				
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		GLOMED		
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO		MODELO		BUTACA CLINICA GLOMED			
CANTIDAD	10		ORIGEN		CHINA			
ITEM	1		PLAZO DE ENTREGA		DESPACHO EN 5 DÍAS HÁBILES (Indicado en cotización)			
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: BERGERE CLINICO
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	SISTEMA NEUNATICO	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Mecanismo de regulación neumática interna para respaldo y piernas
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf", muestra imágenes de apoyabrazos..
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	0	0	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf", indica:

								Brazo derecho abatible Sólo uno de los brazos es abatible.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Reposapiés retráctil
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	0	*	VER FICHA TECNICA		No es posible corroborar en documentación adjunta.
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Mesa de alimentación
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Portasuero
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: 4 ruedas de 100mm con freno
1.11	Capacidad de carga $\geq$ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	MAXIMO PESO 180KG	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Resistencia máxima de 180 kg
1.12	Capacidad de carga $\geq$ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0	VER FICHA TECNICA		Proveedor indica no cumplimiento en Especificaciones Técnicas.

2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	ACERO ESMALTADO DE 3MM	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Estructura en acero esmaltado de 3mm
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	ESPUMA ELASTICA	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Acolchado en espuma elástica alta densidad de 100mm
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	TAPIZADO EN TEVINIL	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf" indica: Respaldo y asiento en ecocuero tevinil gris
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	SI	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf", muestra imágenes de inclinación de respaldo y elevación de piernas.
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	SI	Documento "s001608_-_servicio_de_salud_iquique.pdf", muestra imágenes de inclinación de respaldo y elevación de piernas.
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el optimo funcionamiento del equipo, se	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica "SI" en especificación técnica.

	incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).							
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	EXCLUYENTE	*	0	*			No se adjunta certificación.
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “Sillón Clínico” – Oferente PLUSMEDICAL SpA

		Nº Oferente	6					
		Nombre Proveedor	PlusMedical					
		Nombre Oferta	5802381-8673UOHC					
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	YanMedical				
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO		MODELO	YMZ-M02				
CANTIDAD	10		ORIGEN	China				
ITEM	1		PLAZO DE ENTREGA	3 días (Indicado en cotización)				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Sillón mecánico para uso clínico, diseñado para estancias prolongadas	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: El YMZ-M02 es un sillón mecánico para uso clínico, diseñado para mantener confortable al paciente durante procedimientos médicos o donación de sangre. Tiene un diseño ergonómico de 3 secciones ajustables, el respaldo de tipo seccional brinda al paciente un apoyo seguro.
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Mecanico	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: El YMZ-M02 es un sillón mecánico para uso clínico, diseñado para mantener confortable al paciente durante procedimientos médicos o donación de sangre. Tiene un diseño ergonómico de 3 secciones

								ajustables, el respaldo de tipo seccional brinda al paciente un apoyo seguro.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Apoya brazos	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Cuenta con laterales móviles en (ambos abiertos: 180°) para facilitar el ingreso de pacientes con poca movilidad.
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	1	2	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Cuenta con laterales móviles en (ambos abiertos: 180°) para facilitar el ingreso de pacientes	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Cuenta con laterales móviles en (ambos abiertos: 180°) para facilitar el ingreso de pacientes con poca movilidad.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Reposapies abatible	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Tiene una doble función de asiento o semi-cama, gracias al ajuste de las secciones del respaldo y reposa pies.
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Asa en parte trasera	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Asa de transporte,.
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Bandeja integrada y giratoria	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Cuenta con una mesa giratoria plástica imitación

								madera, de superficie lisa y compartimiento para alimentación.
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Incluye portasuero	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: porta sueros 4 ganchos
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	4 ruedas, dos con freno	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Sus 4 ruedas silenciosas y antiestáticas de 2", dos con freno, permiten un fácil traslado del sillón a donde sea necesario.
1.11	Capacidad de carga ≥ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Carga maxima segura 200kg	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Carga Máxima segura 200kg
1.12	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	DESEABLE	2	1	2	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Carga maxima segura 200kg	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Carga Máxima segura 200kg
2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Estructura interna de acero con perfil de 3mm	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Estructura Acero de 3 mm
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Frabricado con espuma de 4 cm de espesor y de alta densidad 28 kg/m3	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Frabricado con espuma de 4 cm de espesor y de alta densidad 28 kg/m3,

							tapizado en eco cuero sintético antibacteriano y antifúngico, resistente a la abrasión y a la limpieza de tipo hospitalaria (Resistente a desinfección de al menos los siguientes productos: Alcohol 60-95%, cloro 50.000 ppm, Peróxido de hidrógeno $\geq 6\%$). Tiene una doble función de asiento o semi-cama, gracias al ajuste de las secciones del respaldo y reposa pies. Lavable e impermeable, con costuras reforzadas de grado médico.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	tapizado en eco cuero sintético antibacteriano y antifúngico, resistente a la abrasión y a la limpieza de tipo hospitalaria Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Frabricado con espuma de 4 cm de espesor y de alta densidad 28 kg/m3, tapizado en eco cuero sintético antibacteriano y antifúngico, resistente a la abrasión y a la limpieza de tipo hospitalaria (Resistente a desinfección de al menos los siguientes productos: Alcohol 60-95%, cloro 50.000 ppm, Peróxido de hidrógeno $\geq 6\%$). Tiene una doble función de asiento o semi-cama, gracias al ajuste de las secciones del respaldo y reposa pies. Lavable e impermeable, con costuras reforzadas de grado médico.
3	MOVIMIENTOS						

3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Angulación del respaldo (Trendelemburg) 0° - 65°	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Angulación del respaldo (Trendelemburg) 0° - 65° (0° - 155° desde la horizontal, 1400 mm de largo)
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02, Pag2	Angulación de reposa-piernas 0° - 90°	Documento "Ficha técnica SILLON DE PROCEDIMIENTOS YMZ-M02.pdf" pág 2, indica: Angulación de reposa-piernas 0° - 90° (0° - 180° desde la horizontal)
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el optimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-8673UOHC, Pag 1	Cumple	Documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-8673UOHC.pdf" indica: PlusMedical se compromete a entregar todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención.	EXCLUYENTE	*	0	*	CE YAN MEDICAL, Pag 1	CE YAN MEDICAL, Pag 1	No adjunta certificación correspondiente al equipo y modelo ofertado.

	- Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.							
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Documentos YanMedical, Pag 1	Documentos YanMedical, Pag 1	Cumple en documento "Documentos YanMedical.pdf"
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-8673UOHC, Pag 1	Cumple	Documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica Y ENTREGA 5802381-8673UOHC.pdf" indica: PlusMedical se compromete a entregar todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “Sillón Clínico” – Oferente GLOMAX S.A.

		Nº Oferente	7					
		Nombre Proveedor	GLOMAX S.A.					
		Nombre Oferta	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	GLOMED					
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO	MODELO	BGA030					
CANTIDAD	10	ORIGEN	CHINA					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	2 Días Hábiles (Indicado en cotización)					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: BUTACA TIPO BERBERE CON SOPORTE PARA LA CABEZA Y RUEDAS LEY MILA
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Incorpora mecanismo de regulación neumático interno, de modo que el respaldo y el soporte de piernas se puedan ajustar en cualquier ángulo.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" muestra imagenes de apoya brazos
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	1	2	FICHA TECNICA, PAG 1		Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Brazo derecho abatible. No son ambos brazos abatibles.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" muestra imagen de reposapies.

1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: Incorpora una barra de traslado en el respaldo para facilitar su maniobrabilidad, proporcionando una opción práctica para el usuario y sus cuidadores.
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Mesa de alimentación
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Portasuero
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Ruedas: Incorpora 4 ruedas de 100mm de diámetro, con frenos en cada una.
1.11	Capacidad de carga ≥ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Resistencia: 180 kg.
1.12	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0		Proveedor indica no cumplimiento en Especificaciones Técnicas.
2	ESTRUCTURA						
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Estructura de acero esmaltado de 3 mm
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1	Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica:

								• Parte superior e inferior acolchado de esponja elástica de alta densidad.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Documento "ficha_tecnica_bga030.pdf" indica: • Material asiento: Ecocuero - Tevinil color gris, ideal para una facil limpieza • Tapizado impermeable color gris
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	0	*	FICHA TECNICA, PAG 1		No se puede verificar en documento adjunto
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	0	*	FICHA TECNICA, PAG 1		No se puede verificar en documento adjunto
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el optimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1	Ruedas traseras con freno. Mesa plegable,	Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	EXCLUYENTE	*	0	*	CE ISO9001 ISO 13485		Modelo indicado en certificación no corresponde al declarado en especificaciones técnicas.
6	EXIGENCIAS							

6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Proveedor indica "Si" en especificación técnica.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA, PAG 1		Proveedor indica "Si" en especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “Sillón Clínico” – Oferente COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA

		Nº Oferente		8				
		Nombre Proveedor		COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA				
		Nombre Oferta		SILLON CLINICO				
		MARCA		RESCATELIFE				
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODELO		RL282				
CANTIDAD	10	ORIGEN		CHINA				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		NO INDICA				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: RL282 Sillón reclinable para hospitalización y cuidados prolongados que prioriza confort, seguridad y maniobrabilidad.
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Sistema multiposición: respaldo con inclinación neumática, reposapiernas retráctil con apoya-pies y posición Trendelenburg, para confort en sedente, semisupino y apoyo clínico según requerimiento.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Superficies acolchadas (asiento, respaldo, apoyabrazos y reposa-codos) en símil

								cuero sanitario: de fácil limpieza y agradables al tacto.
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	0	0			Proveedor no responde correlativo en especificación técnica.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Superficies acolchadas (asiento, respaldo, apoyabrazos y reposa-codos) en símil cuero sanitario: de fácil limpieza y agradables al tacto.
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Traslado interno: libera frenos, toma el asa posterior y desplaza a velocidad controlada evitando cables/umbrales; vuelve a bloquear al detenerte.
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Bandejas laterales plegables y antideslizantes para apoyar insumos o escritura; despliegue/plegado rápido.
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	0	0			Proveedor no responde correlativo en especificación técnica.
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Ruedas hospitalarias de 5" (2 con freno): rodado silencioso y seguro en

								pasillos y ascensores.
1.11	Capacidad de carga $\geq$ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Carga máxima 160 kg
1.12	Capacidad de carga $\geq$ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0			Proveedor no responde correlativo en especificación técnica.
2	ESTRUCTURA							
2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Estructura Metálica esmaltada
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	0	*	ficha tecnica		No es posible identificar en documentos adjuntos.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Símil cuero sanitario en apoyabrazos, respaldo, asiento y reposa-codos
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Respaldo con inclinación neumática; reposapiernas retráctil con apoya-pies; posición Trendelenburg.
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Documento "RL282 - SILLON GERIATRICO.pdf" indica: Respaldo con inclinación neumática; reposapiernas retráctil

								con apoya-pies; posición Trendelenburg.
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	EXCLUYENTE	*	0	*	ficha tecnica		Modelo indicado en certificación no corresponde al declarado en especificaciones técnicas.
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	ficha tecnica		Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "Sillón Clínico" – Oferente KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ

		Nº Oferente	9					
		Nombre Proveedor	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ					
		Nombre Oferta	OFERTA SILLON CLINICO					
		MARCA	GLOMED					
NOMBRE ITEM	SILLÓN CLÍNICO	MODELO	BUTACA GERIATRICA					
CANTIDAD	10	ORIGEN	CHILE					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Sillón tipo berger clínico para estancias prolongadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento "ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf" pág 3, indica: La Butaca Geriátrica Glomed ha sido diseñada para brindar máximo confort, seguridad y practicidad tanto a pacientes como a cuidadores. Ideal para el descanso prolongado y el uso en hospitales, clínicas o domicilios, esta butaca combina una estructura robusta con un diseño ergonómico que se adapta fácilmente a las necesidades de cada usuario.
1.2	El sistema de movimientos del sillón ofertado debe ser hidráulico, neumático y/o mecánico.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento "ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf" pág 3, indica: Gracias a su mecanismo de reclinación neumático, permite ajustar el respaldo y el soporte de piernas en múltiples posiciones, alcanzando hasta 180° de reclinación.
1.3	Con apoya brazos.	EXCLUYENTE	*		*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento "ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf" pág 2 muestra reposabrazos del sillón.
1.4	Con apoyabrazos abatibles	DESEABLE	2	0	0	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento "ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf" pág 3, indica: un brazo

								derecho abatible que mejora el acceso y la asistencia del paciente.
								Sólo uno de los brazos es abatible.
1.6	Con reposa pies retráctil.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento "ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf" pág 2 muestra reposapies
1.7	Con asas y/o manillas para traslado.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: Además, incorpora una barra de traslado en el respaldo para facilitar su movilidad,
1.8	Con bandeja integrada al sillón.	DESEABLE	2	1	2	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: mesa de alimentación,
1.9	Con portasueros.	DESEABLE	2	1	2	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: portasuero,
1.10	Con cuatro ruedas, con sistema de frenado.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: • Ruedas: 4 ruedas de 100 mm de diámetro con freno.
1.11	Capacidad de carga ≥ 150 kg.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: • Resistencia máxima: 180 kg.
1.12	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	DESEABLE	2	0	0	FICHA TECNICA/PAG 3	MAXIMO 180 KILOS	Proveedor indica no cumplimiento en Especificaciones Técnicas.
2	ESTRUCTURA							

2.1	Fabricado en acero esmaltado, acero galvanizado o equivalente técnico de alta resistencia, que garantice estabilidad y durabilidad ante el uso continuo.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: • Estructura: Acero esmaltado de 3 mm.
2.2	Espuma de poliuretano, poliéster de alta densidad, o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: • Acolchado: Espuma elástica de alta densidad de 100 mm.
2.3	Tapicería de superficie lisa, lavable e impermeable, apta para uso en entornos de salud y resistente a fluidos, tales como vinílico, poliuretano o similar.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 3, indica: • Material del asiento: Ecocuero – Tevinil gris, impermeable y fácil de limpiar.
3	MOVIMIENTOS							
3.1	Inclinación de respaldo.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 2, muestra imagen de inclinación de respaldo y elevación de piernas.
3.2	Elevación de piernas.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Documento ""ficha_tecnica_sillon_clinico.pdf"" pág 2, muestra imagen de inclinación de respaldo y elevación de piernas.
4	ACCESORIOS							
4.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta (indicar en columna de observaciones).	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado.	EXCLUYENTE	*	0	*	FICHA TECNICA/PAG 3		No se adjunta certificación.

	Nota: Entiéndase como certificaciones: - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.							
6	EXIGENCIAS							
6.1	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
6.2	El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TECNICA/PAG 3		Proveedor indica "SI" en especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			8	Oferta no cumple el 100% de las características excluyentes.				

II. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre Proveedor	HEMISFERIO SUR S.A	Importador a y Distribuidora Arquimed Limitada	GOOD HOSPITAL SPA.	Lefi SpA	EVENTAIL SPA	PlusMedi cal	GLOMAX S.A.	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	KATHERINE LORENA ZAMORA NO LOPEZ
Nombre Oferta	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES	Sillón Clínico CFS ITALIA	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES	5802381-8673UOHC	ADQUISICIÓN DE SILLÓN CLÍNICO PARA EL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES	SILLON CLINICO	OFERTA SILLON CLINICO
MARCA	NITROCARE	Medisa	CFS ITALIA	Glomed	GLOMED	YanMedi cal	GLOMED	RESCATELIFE	GLOMED
MODELO	NHS 911 AURA S	Flow 4FC	RELAX/THERAPY COUCH - 2422-2	BGA030	BUTACA CLINICA GLOMED	YMZ-M02	BGA030	RL282	BUTACA GERIATRIC A
ORIGEN	TURQUIA	España	ITALIA	China	CHINA	China	CHINA	CHINA	CHILE
PLAZO DE ENTREGA	135 días hábiles (Indicado en cotización)	10 días hábiles (Indicado en cotización)	90 días corridos (Indicado en cotización)	Despacho en 2 días hábiles (Indicado en cotización)	DESPACHO EN 5 DÍAS HÁBILES (Indicado en cotización)	3 días (Indicado en cotización)	2 Días Hábiles (Indicado en cotización)	NO INDICA	NO INDICA
Cumple con el 100% de las características excluyentes	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

El oferente **HEMISFERIO SUR S.A.** es el único que pasa a la etapa de evaluación económica, esto debido a ser el único que cumple con el 100% de las características excluyentes enlistadas en las especificaciones técnicas.

III. EVALUACIÓN ECONÓMICA

	OFERENTE 1
	HEMISFERIO SUR
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO	\$ 2.983.193
VALOR NETO TOTAL	\$ 29.831.930
VALOR TOTAL	\$ 35.499.997

Única oferta económica evaluable y dentro del presupuesto **disponible**.

IV. PUNTAJES PONDERADOS

		OFERENTE 1
		HEMISFERIO SUR
OFERTA ECONÓMICA	60%	60 puntos
OFERTA TÉCNICA	20%	20 puntos
GARANTÍA TÉCNICA	15%	7,5 puntos
REQUISITOS FORMALES	5%	5 puntos
TOTAL		92,5 puntos



V. SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Se determina la selección del proveedor **HEMISFERIO SUR S.A.**, por cuanto cumple con los requisitos mínimos exigidos, incluyendo el 100% de las características establecidas como excluyentes en las especificaciones técnicas, así como las condiciones de garantía requeridas. En consecuencia, dicho proveedor obtiene el mayor puntaje en la evaluación de los criterios administrativos, técnicos y económicos. A continuación, se detallan las condiciones comerciales de la adquisición:

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR							
RAZÓN SOCIAL:				HEMISFERIO SUR S.A.			
RUT:				96.533.330-4			
DIRECCIÓN:				AVDA FCO BILBAO 2829, PROVIDENCIA, STGO, REGION METROPOLITANA			
FONO:				56223628055			
MAIL:				keily.perea@hemisur.cl			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				CARLOS RAFAEL LAGOS SALAS / BENJAMÍN LAGOS MANTEROLA			
RUT REPRESENTANTE LEGAL				5.635.595-2 / 16.605.898-8			
Ítem	Detalle	Cantidad	Garantía técnica	Mantenimiento	Plazo entrega	Valor Unitario	Valor Total
1	Sillón clínico	10	25 meses	1 mantenimiento preventivo	135 días hábiles	\$ 2.983.193	\$ 29.831.930
Neto							\$ 29.831.930
IVA							\$ 5.668.067
Total							\$ 35.499.997