

FORMULARIO N1. Catres clinicos	
I	IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
	Nombre de la empresa
	Fabricante del equipo
	Marca del equipo
	Modelo del equipo
	País de origen del equipo
	Cantidad
	Garantía (meses)
	Plazo de entrega (Indicar días corridos o hábiles)
N°	Especificaciones técnicas
1	CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES
2	MATERIAL ACERO CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA
3	CONTROL REMOTO CON PANEL DE AJUSTE PARA REGULAR RESPALDO
4	PIERNAS Y ALTURA. CON SISTEMA DE BATERIAS DE EMERGENCIA DOS BARANDAS LATERALES RETRACTILES O ABATIBLES DE FACIL USO Y QUE SEAN SEGURAS CABECERA
5	PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
6	4 RUEDAS QUE PERMITAN GIROS Y ROTACION CON FRENOS INDEPENDIENTES
7	Medidas: Alto: 35–69 cm/ Ancho: 95 cm/Largo: 215 cm/Peso: 86–87 kg
8	RESISTENCIA DE HASTA 200KG
9	AJUSTES ELECTRICOS: Respaldo: 0–75°/ Rodilla: 0–45°/Altura: 35–70 cm
10	ACCESORIOS: Barra porta suero + 4 ganchos para bolsas de orina
11	REPOSABRAZOS ACOLCHADO ABATIBLE.
12	FRENOS BILATERALES DE PALANCA, RECUBIERTOS POR MATERIAL PLÁSTICO.
13	PROTECTORES LATERALES EN CADA RUEDA PARA PROTEGER DE SALPICADURAS.
14	PIERNERA ABATIBLE Y DEMOSNTABLE
15	REPOSA PIES REGULABLES EN ALTURA.
16	REPOSAPIES O PIERNERAS DEBEN DISPONER DE UN MEDIO PARA IMPEDIR QUE LOS PIES DEL OCUPANTE SE DESLICEN HACIA ATRÁS.
17	MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL QUE AL MENOS INDIQUE POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN DE CADA ELEMENTO AJUSTABLE, INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
18	ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVOLABILIDAD DEL CONTENIDO.
19	SET DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO.

