

ANEXO N° 2
PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA “ADQUISICIÓN DE 03 CAMAS DE PARTO INTEGRAL NHA”

1	CARACTERISTICAS GENERALES:03 CAMAS DE PARTO INTEGRAL	REQUERIMIENTO	Cumple SI/NO	Pag. Documento de respaldo	Observación
1.1	Incluye Cama clínica eléctrica para uso en parto integral nueva, sin uso, ni refaccionada	OBLIGATORIO			
1.2	Estructura de acero inoxidable o metálica con terminaciones en pintura epóxica	OBLIGATORIO			
1.3	Plataforma dividida en al menos 3 secciones (respaldo, asiento, y apoya pies)	OBLIGATORIO			
1.4	Ajuste de profundidad del asiento entre 20 o 30 cm o superior.	10			
1.5	División entre asiento y piecera en forma de V u ovalada.	10			
1.6	Cuenta con respaldo de cabeza y pies desmontable, desinfectable y lavable	OBLIGATORIO			
1.7	Cuenta con bandeja deslizante para líquidos	OBLIGATORIO			
1.8	Cuenta con control eléctrico para el manejo de la cama Integrado en al menos baranda o laterales del lecho, en cara interna para el paciente y en externa para personal clínico	OBLIGATORIO			
1.9	Cuenta con control manual para el manejo de la cama	20			
1.10	Apoya pies desmontable o retráctil	OBLIGATORIO			
1.11	Cuenta con piñones tipo Goepel ajustables diferentes alturas	OBLIGATORIO			
1.12	Cuenta con asas de parto ergonómicas abatibles	OBLIGATORIO			
1.13	Barra acolchada para ayuda en labor de parto (En forma de arco)	OBLIGATORIO			
1.14	Cuenta con soporte para barra portasueros	OBLIGATORIO			
1.15	Cuenta con 04 ruedas antiestáticas, de 15 cm de diámetro o mayor con sistema de frenado centralizado	OBLIGATORIO			
1.16	Capacidad de carga al menos 220 kg (carga máxima de seguridad)	OBLIGATORIO			
1.17	Capacidad de carga al menos 240 kg (carga máxima de seguridad)	10			
1.18	Capacidad de carga en la sección de los pies mayor o igual a 150 kg	40			
1.19	Permite distintas posiciones para la realización del parto al menos parto vertical y parto en cuatro apoyos (adjuntar imágenes)	OBLIGATORIO			
1.20	Cuenta con rango de inclinación del respaldo de 0° a 62° o rango superior	OBLIGATORIO			
1.21	Angulación de elevación del asiento igual o superior a 15°	30			
1.22	Cuenta con posición trendelenburg de ±8° o rango mejor	OBLIGATORIO			
1.23	Cuenta con posición trendelenburg de ±10° o rango mejor	10			

1.23	Cuenta con posición trendelenburg de $\pm 12^\circ$ o rango mejor	10			
1.24	Cuenta con sistema o botón de accionamiento rápido para RCP.	OBLIGATORIO			
1.25	Fuente de alimentación 220V $\pm 10\%$ 50/60 HZ, con enchufe nacional.	OBLIGATORIO			
2	COLCHÓN				
2.1	De alta densidad	OBLIGATORIO			
2.2	Espesor mínimo de 8 cm en pies y cabeza	OBLIGATORIO			
2.3	Con funda o tapiz protector de material impermeable y superficie antideslizante, resistente a limpieza y desinfección clínica	OBLIGATORIO			
2.4	Ignífugo	OBLIGATORIO			
3	ACCESORIOS POR CAMA				
3.1	01 Recipiente para fluidos de acero inoxidable, polímero, equivalentes técnicos o calidad superior de 8 lts de capacidad o mayor	OBLIGATORIO			
3.2	01 Porta sueros en forma de 4 ganchos.	OBLIGATORIO			
3.3	01 soporte para oxígeno	OBLIGATORIO			
3.4	01 almohada lumbar	OBLIGATORIO			
3.5	Apoya pies regulables y lavables	OBLIGATORIO			
3.6	Incluye funda de cambio o al menos 20 kits de fundas desechables por cama.	20			
4	NORMATIVAS				
4.1	Normas: CE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE y/o FDA. En catálogo, ficha técnica o certificado adicional que lo acredite	OBLIGATORIO			
4.2	IEC 60601 y/o 13485 u homóloga. En catálogo, ficha técnica o certificado adicional que lo acredite	OBLIGATORIO			
4.3	ISO 9001. En catálogo, ficha técnica o certificado adicional que lo acredite	OBLIGATORIO			
5	CAPACITACIONES				
5.1	Adjunta certificado de fábrica de especialista que realizará la capacitación.	20			
5.2	Debe incluir capacitación a personal clínico y técnico. Estas capacitaciones deberán ser desarrolladas por un especialista/aplicacionista y su ejecución determinará la recepción conforme de los equipos.	OBLIGATORIO			
6	POSTVENTA				
6.1	Debe incluir al menos 01 mantenimiento preventivo anual durante el período de garantía. Si oferta mayor cantidad de mantenimientos a las solicitadas favor describirlo en la columna "Comentario Proveedor"	OBLIGATORIO			
6.2	Garantía por al menos 12 meses	OBLIGATORIO			
6.3	Manual técnico: identificación de aspectos técnicos para su operatividad (calibración, rendimientos, etc.) Uno en idioma original y uno en idioma español o inglés. Para ambos casos debe entregar una copia en digital. (Será solicitado al adjudicatario).	OBLIGATORIO			

6.4	Manual de usuario: identifica aspectos de operación para uso. En idioma español. En formato digital. (Será solicitado al adjudicatario).	OBLIGATORIO			
6.5	Debe incluir instalación y puesta en marcha para todos los equipos ofertados	OBLIGATORIO			
6.6	Garantía de suministro de insumos y/o repuestos del equipo que avale el correcto y normal funcionamiento de éste durante su periodo de garantía. (Adjuntar carta de compromiso).	OBLIGATORIO			

Puntaje a evaluar máximo	180
Puntaje obtenido	