



ANEXO Nº 2
PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA “ADQUISICIÓN DE MESA MAYO Y CARRO COMPRESERO
NHA”

1	CARACTERISTICAS GENERALES: MESA MAYO	REQUERIMIENTO	Cumple SI/NO	Pag. Documento de respaldo	Observación
1.1	La oferta incluye 26 mesas Mayo.	Obligatorio			
1.2	Ancho de la mesa: 45cm ± 5cm.	Obligatorio			
1.3	Profundidad de la mesa mayor o igual a 60cm ± 5cm.	Obligatorio			
1.4	Altura ajustable en al menos el rango de 90-110 cm. Se acepta tolerancia de ± 2 cm en medidas.	Obligatorio			
1.5	Altura ajustable en al menos el rango de 90-130 cm. Se acepta tolerancia de ± 2 cm en medidas.	50			
1.6	Superficie de trabajo construida en acero inoxidable de calidad AISI 304 o superior, desmontable con borde de contención, bordes redondeados.	Obligatorio			
1.7	Estructura base construida en acero o superior.	Obligatorio			
1.8	Estructura base construida en acero inoxidable de calidad AISI 304 o superior, recubierta con pintura epoxica o termo convertible o similar.	70			
1.9	Base en forma de H.	Obligatorio			
1.10	Mesa con pulido y soldadura de tipo sanitaria.	40			
1.11	La bandeja superior puede ser removida, sin el uso de herramientas.	Obligatorio			
1.12	La mesa cuenta con 04 (cuatro) ruedas giratorias 360°.	Obligatorio			
1.13	La mesa cuenta con freno en 02 (dos) ruedas, como mínimo.	Obligatorio			
1.14	La mesa cuenta con freno en todas sus ruedas.	10			
1.15	Diámetro de las ruedas mayor a 5 cm.	Obligatorio			
1.16	Sistema de elevación de altura accionable manualmente, con fijación segura en cualquier posición.	Obligatorio			
1.17	Soporte de carga: mayor o igual a 10 kg.	Obligatorio			
1.18	Soporte de carga: mayor o igual a 15 kg.	15			
1.19	Resistente a desinfectantes de uso hospitalario	Obligatorio			

2	CARACTERISTICAS GENERALES: CARRO COMPRESERO				
2.1	La oferta incluye 10 Carros compreseros.	Obligatorio			
2.2	Carros compreseros con estructura metálica, en acero inoxidable o acero con recubrimiento electrostático/esmaltado de alta resistencia.	Obligatorio			
2.3	Diseño con refuerzos o barras inferiores que eviten el contacto directo de los sacos con el suelo durante el traslado	Obligatorio			
2.4	Estructura apta para desinfección hospitalaria frecuente. Resistente a la desinfección con solución de cloro y alcohol al 70%.	Obligatorio			
2.5	04 (cuatro) ruedas giratorias, de tamaño mayor o igual a 2", silenciosas.	Obligatorio			
2.6	5 (cuatro) ruedas giratorias, de tamaño mayor o igual a 2,5", silenciosas.	20			
2.7	Al menos 2 ruedas con frenos.	Obligatorio			
2.8	Diámetro superior del aro mayor o igual a 50 cm, con ganchos para colgar saco.	Obligatorio			
2.9	Incluye al menos 2 sacos lavables por carro, estos deben ser impermeables y de alta resistencia, con sistema de fijación al aro superior.	Obligatorio			
2.10	3 sacos lavables por carro, estos deben ser impermeables y de alta resistencia, con sistema de fijación al aro superior.	30			
2.11	Con asas de comando.	Obligatorio			
2.12	Altura entre 80 y 90[cm]	Obligatorio			
2.13	Soldaduras con terminación lisa, sin aristas ni cavidades que dificulten la limpieza	Obligatorio			
3	EXIGENCIAS				
3.1	Productos nuevos sin reacondicionamiento.	Obligatorio			
3.2	Soldaduras prolijas, sin puntas filudas.	Obligatorio			
3.3	La coordinación de entrega de los PRODUCTOS debe ser de acuerdo a lo que indica el referente técnico SSCH.	Obligatorio			

3.4	Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo.	Obligatorio			
4	POST VENTA				
4.1	Garantía por al menos 12 meses	Obligatorio			
4.2	Debe incluir armado, instalación y puesta en marcha para todos los equipos ofertados	Obligatorio			
4.3	El adjudicatario debe retirar y llevar todos los residuos resultantes (embalaje, medidas de protección, etc)	Obligatorio			
	Puntaje máximo evaluable:	235			

NOTA 1: Será imprescindible el llenado de este Formulario, para poder considerar la oferta como admisible, pudiendo el proveedor si así lo estima, anexas más información de lo cotizado.

NOTA 2: Deben cumplir con todas las características técnicas que se indiquen en el presente formulario siendo estos requisitos de admisibilidad de la oferta.

NOTA 3: SI NO SE COMPLETA LA COLUMNA “cumple SI/NO”, se considerará como un “NO”, de igual forma será exigible el llenado de la columna N° PÁGINA, en donde se deberá revisar la característica indicada según catalogo presentado

FIRMA REPRESENTANTE O PERSONA NATURAL

CASTRO,_____del 202X