

## ANEXO 6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

**PROYECTO "REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA"  
CONVENIO MARCO PISOS**

### I. INFORMACIÓN DEL ÍTEM

<b>NOMBRE</b>	PISO CLÍNICO
<b>MARCA</b>	
<b>MODELO</b>	
<b>GARANTIA (Mínima 06 meses)</b>	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	

### II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN

"Cada característica de la PRESENTE EETT, se debe

- Completar con la respectiva respuesta en la columna "CUMPLE (SI/NO)"
- Completar y respaldar con la respectiva información la columna "NOMBRE DE DOCUMENTO RESPALDO"
- Completar con la respectiva información la columna "PÁGINA DE DOCUMENTO DE RESPALDO"

**NOTA: ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTES ENTREGAR LA INFORMACIÓN MENCIONADA SOBRE SU OFERTA. SEGÚN LAS BASES CORRESPONDE A UN DOCUMENTO ESENCIAL, DEBE SER COMPLETADO Y ADJUNTADO EN LA OFERTA TÉCNICA.**

**NOTA: TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER RESPALDADAS MEDIANTE FICHAS, CATÁLOGOS, CERTIFICADOS FORMALES O SIMILARES. LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO DEBERÁN SER ENTREGADOS EN FORMATOS DIGITALES. TODOS LOS ANEXOS DEBEN, DENTRO DE LO POSIBLE, SER PRESENTADOS EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDOS AL ESPAÑOL, DEBIDAMENTE FIRMADOS SI CORRESPONDIERE. EN CASO QUE NO SE ACOMPAÑEN TRADUCIDOS, ESTO PODRÍA GENERAR ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.**

**Si la celda "Cumplimiento" queda en blanco, será considerado como un "NO". Pero si se corrobora cumplimiento de característica igual o superior, se considerará un "SI", esto será una decisión exclusiva de la comisión de evaluación y quedará fundamentado en el respectivo informe de evaluación."**

CORR.	DETALLE DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	TIPO (OBLIGATORIA/ DESEABLE)	CUMPLE (SI/NO)	NOMBRE DE DOCUMENTO	PÁGINA DE RESPALDO
<b>1. GENERAL</b>					
1.1	Piso clínico	OBLIGATORIA			
<b>2. ESTRUCTURA</b>					
2.1	Estructura en acero esmaltado, inoxidable, cromado, similar o superior (No se aceptara partes de materiales blandos como plastico)	OBLIGATORIA			
2.2	Se puede ajustar la altura mediante la rotación del asiento, el uso de pistón y/o pedal u otro sistema de elevación similar	OBLIGATORIA			
2.3	Altura regulable (entre el piso y la parte superior del asiento) de 60 a 75 [cm] o un intervalo superior que contenga el rango mencionado	OBLIGATORIA			
<b>3. ASIENTO</b>					
3.1	Giratorio	OBLIGATORIA			
3.2	Diámetro de 35 - 42 [cm]	OBLIGATORIA			
3.3	Acolchado con espuma de alta densidad (30 kg/m3) o al menos 7 [cm] de espesor	OBLIGATORIA			
3.4	Tapizado en material lavable resistente a la acción de detergente y desinfectantes.(No se aceptaran parte inferior del asiento de material no apto para la desinfección)	OBLIGATORIA			
3.5	Color negro	OBLIGATORIA			
<b>4. BASE</b>					
4.1	Rodable	OBLIGATORIA			
4.2	Con apoya pies con un diametro mínimo de 28	OBLIGATORIA			
4.3	Con cinco ruedas de doble giro, mínimo 2" de diámetro	OBLIGATORIA			
<b>5. CAPACIDAD DE SOPORTE</b>					
5.1	≥100 Kg.	OBLIGATORIA			
<b>6. OBLIGACIONES DEL OFERENTE</b>					
6.1	De requerir algún accesorio, insumo o componente no especificado y que permita el óptimo funcionamiento del equipo, se incluye en la oferta	OBLIGATORIA			