

BIOMBO CLINICO					
	MARCA				
	MODELO				
	CANTIDAD	6			
	Especificaciones técnicas	N° Pag. Catálogo	Cumple (Sí / No)	Exigencia	Observaciones
1	Características Generales				
1.1	06 biombo clinico rodables y plegables nuevos	1		Obligatorio	
1.2	Tela blanca, lavable, que impida ver a través de ella, mínimo 190 hilos por pulgada	1		Obligatorio	
1.3	Estructura externa (marco) de acero esmaltado, pintura electrostática	1		Obligatorio	
1.4	Al menos 5 ruedas, que soporten hasta 20 kilos cada una y de material resistente y sólido	1		Obligatorio	
1.5	De 02 cuerpos	1		Obligatorio	
1.6	Dimensiones aproximadas: alto 180 cm, ancho extendido 130 cm	1		Obligatorio	
2	Debe incluir				
2.1	Incluir todos los accesorios, componentes e insumos necesarios para el buen funcionamiento del equipamiento ofertado y de cada una de sus partes	1		Obligatorio	
2.2	Todo lo que contemple la presente adquisición, debe ser completamente nuevo y no debe ser remanufacturado	1		Obligatorio	
2.3	Garantía mínima de 12 meses	1		Obligatorio	
2.4	Incluir biombo ARMADOS e INSTALADOS	1		Obligatorio	
2.5	Si los biombo no vienen armados se debe considerar en la oferta la instalación posterior de todo el equipamiento	1		Obligatorio	
2.6	Incluir ficha o catálogo que permita ver el equipamiento ofertado	1		Obligatorio	

Imagen referencial

