

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
ADQUISICION DE (4) UNIDADES					
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	TIPO DE PARÁMETRO	CUMPLIMIENTO (SI/NO)	HOJA DE CATÁLOGO	OBSERVACIONES
1.1	4 Camas electricas, rodable y de altura variable	OBLIGATORIO			
1.2	Permite el uso como mecanica en caso de no haber energia electrica	OBLIGATORIO			
1.3	Estructura de acero inoxidable	OBLIGATORIO			
1.4	Chasis, estructura, piezas, piecera lavables y anticorrosivos	OBLIGATORIO			
1.5	Plataforma para colchon con 4 secciones, con movimientos independientes cada una	OBLIGATORIO			
1.6	Barandas laterales abatibles completamente, con seguro para retirar, material firme (no se rompa con el uso continuo)	OBLIGATORIO			
1.7	barandas laterales con controles electricos (luminosos)	OBLIGATORIO			
1.8	Al menos 4 ruedas de 5"	OBLIGATORIO			
1.9	Freno centralizado	OBLIGATORIO			
1.10	Freno activable de ambos costados, o cabecera y pies	OBLIGATORIO			
1.11	Bloqueo de ruedas de direccion	OBLIGATORIO			
1.12	Minimo cuatro receptaculos para porta sueros	OBLIGATORIO			
1.13	Respaldo y piecera removible	OBLIGATORIO			
1.14	Controles electricos en piecera	OBLIGATORIO			
1.15	Capacidad de soporte de paciente 250kg	OBLIGATORIO			
1.16	Alimentacion: 220 V / 50-60Hz	OBLIGATORIO			
1.17	El catre debe ser compatible con arcos balcanicos o traumatologicos para realizar procedimientos de traccion transesqueletica.	OBLIGATORIO			
1.18	Sistema de proteccion de pared y contra impactos en las 4 esquinas.	OBLIGATORIO			
1.19	Palanca accionamiento PCR para dejar cama horizontal.	OBLIGATORIO			
1.20	Pintura antibacterias-antifungicos-electroestaticas.	OBLIGATORIO			
1.21	indicador posicion cama	OBLIGATORIO			
2	POSICIONES				
2.1	Elevacion de respaldo de 0° a 65°minimo	OBLIGATORIO			
2.2	Elevacion de rodillas de 0° a 30°, mínimo	OBLIGATORIO			
2.3	Tren./trend.Reverso de 0° a 12°, mínimo	OBLIGATORIO			
2.4	Altura minima igual o menor a 45 cm	OBLIGATORIO			
2.5	Altura Maxima igual o mayor a 75 cm	OBLIGATORIO			
2.6	Indicador de posicion de la cama	OBLIGATORIO			
2.7	Indicador de angulo de respaldo	OBLIGATORIO			
3	ACCESORIOS PARA CADA CATRE CLINICO				
3.1	Porta sueros regulable en altura con 4 ganchos	OBLIGATORIO			
3.2	Cable de poder de alta calidad y resistencia con enchufe tipo L (tradicional en chile)	OBLIGATORIO			

3.3	Cualquier accesorio, insumo o equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del equipo durante su uso con el paciente.	OBLIGATORIO			
3.4	Porta tubo de oxigeno cada catre	DESEABLE			
3.5	porta bolsas de drenaje cada catre	DESEABLE			
4	COLCHON				
4.1	3 Colchones viscoelasticos, antiescara, que permita distribuir de mejor forma el peso del paciente, reduciendo puntos donde se focalice la presion.	OBLIGATORIO			
4.2	Cubierta impermeable, que a su vez permita disminuir la humedad en el cuerpo del paciente.	OBLIGATORIO			
4.3	Sellado a fluidos, organicos, contaminantes, y de limpieza.	OBLIGATORIO			
4.4	Colchon antifiama, libre de latex, antiestatico,	OBLIGATORIO			
4.5	Cubierta colchon lavable y desinfectable, resistente que pueda ser limpiada con solucion de cloro frecuente, remobile, antibacterial y antifungicos.	OBLIGATORIO			
4.6	Altura maxima 15cm	OBLIGATORIO			
5	SERVICIOS POST VENTA				
5.1	Garantia por 24 meses o mas	OBLIGATORIO			
5.2	Plazo maximo de entrega de 90 dias	OBLIGATORIO			
5.3	servicio tecnico, autorizado por el fabricante	OBLIGATORIO			
5.4	certificado de representacion de la marca	OBLIGATORIO			
5.5	mantencion preventiva del equipo de al menos 2 veces en el año, sin costo durante el	OBLIGATORIO			
5.6	Tiempo de respuesta de al menos 1 hora ante contingencias notificadas via telefonica	OBLIGATORIO			
5.7	tiempo de respuesta de al menos 2 dias para visita en terreno del Servicio Tecnico	OBLIGATORIO			
6	CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA				
6.1	Se consideran las capacitaciones de usuario y tecnicas al personal de pabellon y Unidad de Equipos medicos que el hospital estime conveniente	OBLIGATORIO			
6.2	Manual de Operaciones Fisico en idioma Español (1 copia)	OBLIGATORIO			
6.3	Manual de Operaciones en formato Digital en idioma Español (1 copia)	OBLIGATORIO			
6.4	Manual Tecnico En formato digital en idioma Español o ingles.	OBLIGATORIO			
6.5	Incluir protocolos de mantencion Preventiva	OBLIGATORIO			
7	NORMATIVAS				
7.1	ISO 13485, Adjuntar certificados	DESEABLE			
7.2	UNI CEI EN 60601-2-52, Adjuntar certificados	DESEABLE			