

N°	CAMILLA ELECTRICA	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Camilla eléctrica o hidroneumática	Obligatorio
1.2	Camilla de acabado en pintura electroestática, epoxica, anticorrosiva y antibacterial	Obligatorio
1.3	Camilla con sistema eléctrico e interruptor de pedal para ajuste.	Obligatorio
1.4	Camilla con sistema de pedal y/o pedalera para subir y bajar la camilla	Obligatorio
1.5	Respaldo ajustable de manera manual con pistón de gas o mejor	Obligatorio
1.6	Ajuste de altura alto y bajo por medio de interruptor o pedalera	Obligatorio
1.7	Respaldo ajustable con sistema de bloqueo	Obligatorio
1.9	4 ruedas doble cara silenciosa de 5" a 8".	
1.10	Todas las ruedas con sistema de freno	
1.11	Estructura de acero de alta resistencia de protección anticorrosiva	Obligatorio
1.12	Cuatro patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica	Obligatorio
1.13	Secciones con acolchado de alta densidad, tapizada s con material plástico y lavable	Obligatorio
1.14	Tapizado con un material desinfectarles , impermeable	Obligatorio
1.15	Tapizado con achochado de 30 cm o mayor	Obligatorio
1.16	Con porta rollo de sabanilla desechable.	Obligatorio
1.17	Elevación de respaldo de (0°-75°) o mejor	Obligatorio
1.18	Elevación de piernas (0°-35°)	Obligatorio
1.19	Ajuste de altura con sistema hidráulico por medio de botonera o pedalera	Obligatorio
1.20	Ajuste de altura de 50 cm a 90 o mejor	Obligatorio
1.21	Rueda de al menos 8" antiestáticos frenos y parachoques	Deseable
1.22	Porta suero regulable con 4 receptáculos ajustables	Obligatorio
2	DIMENSIONES	Obligatorio
2.1	La camilla tiene una resistencia de al menos 250 kg	Obligatorio
2.2	Largo: 1940- 1950 mm	Obligatorio
2.3	Ancho: 700 mm	Obligatorio
3	OTROS	
3.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
3.2	Normas de seguridad de equipamiento electromecánico: YY0505	
3.3	Normas de Seguridad de Productos Médicos: IEC 60601 1-1 / 1-2	
3.4	Certificado CE	

3.5	Adjunta ficha técnica	Obligatoria
3.6	Manual usuario inglés y español	Obligatoria
3.7	Capacitación de usuario y técnica	Obligatorio
3.8	Garantía técnica de 24 meses	Obligatorio