

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA EXAMEN
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

INFORMACIÓN DE LA OFERTA	
Nombre de la Empresa	
Marca / Modelo	
Fabricante	
País/Año de Fabricación	
Plazo de Entrega (marcar con una X)	Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Garantía Técnica	<input type="checkbox"/> meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25)

NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA DE EXAMEN				OFERENTE			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE REQUERIMIENTO	PUNTAJE EETT	CUMPLE SI/NO	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET	OBSERVACIONES	PUNTAJE ASIGNADO
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES						
1.1	Camilla de examen de 2 secciones con altura fija	OBLIGATORIO					
1.2	Respaldo regulable por cremallera semiautomática en al menos 6 posiciones	OBLIGATORIO					
1.3	Estructura de acero pintado	OBLIGATORIO					
1.4	Patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica	OBLIGATORIO					
1.5	Secciones acolchadas y tapizadas con material plástico lavable, ignífugo y sin costuras	OBLIGATORIO					
1.6	Carga de trabajo: al menos 150 [kg]	OBLIGATORIO					
1.7	Opciones de colores a elección: al menos 8 colores disponibles	OBLIGATORIO					
2	DIMENSIONES						
2.1	Largo: 190 a 195 [cm]	OBLIGATORIO					
2.2	Ancho: 60 a 66 [cm]	OBLIGATORIO					
2.3	Alto: 75 a 80 [cm]	OBLIGATORIO					
3	ACCESORIOS						
3.1	01 portarrollo para papel	OBLIGATORIO					
4	DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES						
4.1	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor	OBLIGATORIO					
4.2	CE, FDA o equivalente	DESEABLE					

Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a.....de.....de 2026.