

N°	CAMILLA GINECOLOGICA	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Camilla ginecológica	Obligatorio
1.2	Respaldo regulable de al menos 6 posiciones	Obligatorio
	Inclinación de respaldo de 90° a 1 80 ° cm o mejor	
1.3	Estructura de acero esmaltado con pintura electrostática.	Obligatorio
1.4	Patas fijas en tubos de acero	Obligatorio
1.5	Regatón plásticos antideslizante en las cuatro patas	Obligatorio
1.6	Secciones con acolchado de alta densidad	Obligatorio
1.7	Tapizadas con material plástico y lavable	Obligatorio
1.8	Tapizado con un material desinfectables , impermeable	Obligatorio
1.9	Con porta rollo de sabanilla desechable.	Obligatorio
1.11	Incluye dos piñeras acolchadas, regulables y demontables	Obligatorio
1.12	Espuma de alta densidad de al menos 30 cm	
1.13	Camilla Acolcon al menos 30 cm	
2	DIMENSIONES	Obligatorio
2.1	La camilla tiene una resistencia de al menos 250 kg	Obligatorio
2.2	Largo: 180A 190 cm	Obligatorio
2.3	Ancho: 60 a 66 [cm].	Obligatorio
2.4	Alto: 75 a 90 cm	Obligatorio
3	OTROS	
3.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
3.2	El equipo debe incluir manual de usuario, técnico y ficha técnica.	Obligatoria
3.3	Adjunta ficha técnica	Obligatoria
3.5	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatoria
3.6	Indicar garantía ofertada (meses)	Obligatorio
3.7	Indicar plazo de entrega ofertado (días)	Obligatorio