

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO COMPRESERO
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

INFORMACIÓN DE LA OFERTA	
Nombre de la Empresa	
Marca / Modelo	
Fabricante	
País/Año de Fabricación	
Plazo de Entrega (marcar con una X)	Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): _____ SI _____ NO _____
Garantía Técnica	_____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)

NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO COMPRESERO				OFERENTE			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE REQUERIMIENTO	PUNTAJE EET	CUMPLE SI/NO	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET	OBSERVACIONES	PUNTAJE ASIGNADO
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES						
1.1	Carro compresero fabricado en acero inoxidable. Referencia Técnica: 	OBLIGATORIO					
1.2	Sistema de sujeción para bolsa de compresas	OBLIGATORIO					
1.3	Base con bandeja de soporte. Debe poseer 04 ruedas giratorias, de al menos tres pulgadas. Al menos 02 de ellas con freno	OBLIGATORIO					
1.4	Alto: 85 a 90 [cm]	OBLIGATORIO					
1.5	Ancho: 45 a 55 [cm]	OBLIGATORIO					
1.6	Profundidad: 50 a 60 [cm]	OBLIGATORIO					
1.7	Incluir bolsa reutilizable fabricada en tela anti fluidos, lavable	OBLIGATORIO					
2	CONSIDERACIONES						
2.1	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor	OBLIGATORIO					

Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a.....de.....de 2026.