

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

N°	BIOMBO DE DOS CUERPOS	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Biombo de 2 cuerpos plegables	Obligatorio
1.2	Estructura de tubo de acero esmaltado	Obligatorio
1.3	Cuenta con 5 ruedas giratorias	Obligatorio
1.4	Ruedas de 2" a 3" con doble giro	
1.5	Al menos una rueda con freno	Obligatorio
1.6	Material lavable, no transparente, impermeables y Desinfectable.	Obligatorio
1.7	Lo biombos de color blanco tiene material tevinil o PVC	Obligatorio
2	DIMENSIONES	
2.1	Altura: 170- 200 cm	Obligatorio
2.2	Ancho: 120-180 cm	Obligatorio
4	OTROS	
4.1	Se debe entrega todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatorio
4.2	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
4.3	Entrega en el establecimiento indicado en licitación	Obligatorio
4.4	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

N°	BIOMBOS DE TRES CUERPO	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Biombo de 3 cuerpos plegables	Obligatorio
1.2	Estructura de tubo de acero esmaltado	Obligatorio
1.3	Cuenta con 6 ruedas giratorias	Obligatorio
1.4	Ruedas de 2" a 3" con doble giro	
1.5	Al menos cuatro ruedas con freno	Obligatorio
1.6	Material lavable, no transparente, impermeables y Desinfectable.	Obligatorio
1.7	Lo biombos de color blanco tiene material tevinil o PVC	Obligatorio
2	DIMENSIONES	
2.1	Altura: 170- 200 cm	Obligatorio
2.2	Ancho: 120-180 cm	Obligatorio
4	OTROS	

4.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatorio
4.2	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
4.3	Entrega en el establecimiento indicado en licitación	Obligatorio
4.4	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

N°	CAMILLA DE EXAMEN	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Camilla de examen con porta rollo	Obligatorio
1.2	Dos cuerpos con respaldo regulable.	Obligatorio
1.3	Respaldo regulable con al menos 6 posiciones	Obligatorio
1.4	Estructura tubular	Obligatorio
1.5	Estructura de acero esmaltado con pintura electrostática.	Obligatorio
1.6	4 Patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica	Obligatorio
1.7	Regatón plásticos antideslizante en las cuatro patas	Obligatorio
1.8	Secciones con acolchado de alta densidad, tapizadas con material plástico y lavable	Obligatorio
1.9	Tapizado con un material desinfectables , impermeable	Obligatorio
1.10	Tapizado con acochado de 30 cm o mayor	
1.11	Con porta rollo de sabanilla desechable.	
2	DIMENSIONES	Obligatorio
2.1	La camilla tiene una resistencia de al menos 150 kg	Obligatorio
2.2	Largo: 185 A 200 cm	Obligatorio
2.3	Ancho: 60 a 66 [cm].	Obligatorio
2.4	Alto: 75 a 80 cm	Obligatorio
3	OTROS	
3.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
3.2	Adjunta ficha técnica	Obligatoria
3.3	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatoria
3.4	Indicar garantía ofertada (meses)	Obligatorio
3.5	Indicar plazo de entrega ofertado (días)	Obligatorio

N°	CAMILLA GINECOLOGICA	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	

1.1	Camilla ginecológica	Obligatorio
1.2	Respaldo regulable de al menos 6 posiciones	Obligatorio
	Inclinación de respaldo de 90° a 180° cm o mejor	
1.3	Estructura de acero esmaltado con pintura electrostática.	Obligatorio
1.4	Patas fijas en tubos de acero	Obligatorio
1.5	Regatón plásticos antideslizante en las cuatro patas	Obligatorio
1.6	Secciones con acolchado de alta densidad	Obligatorio
1.7	Tapizadas con material plástico y lavable	Obligatorio
1.8	Tapizado con un material desinfectables , impermeable	Obligatorio
1.9	Con porta rollo de sabanilla desechable.	Obligatorio
1.11	Incluye dos pierneras acolchadas, regulables y demontables	Obligatorio
1.12	Espuma de alta densidad de al menos 30 cm	
1.13	Camilla Acolcon al menos 30 cm	
2	DIMENSIONES	Obligatorio
2.1	La camilla tiene una resistencia de al menos 250 kg	Obligatorio
2.2	Largo: 180A 190 cm	Obligatorio
2.3	Ancho: 60 a 66 [cm].	Obligatorio
2.4	Alto: 75 a 90 cm	Obligatorio
3	OTROS	
3.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
3.2	El equipo debe incluir manual de usuario, técnico y ficha técnica.	Obligatoria
3.3	Adjunta ficha técnica	Obligatoria
3.5	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatoria
3.6	Indicar garantía ofertada (meses)	Obligatorio
3.7	Indicar plazo de entrega ofertado (días)	Obligatorio

N°	MESA MAYO	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERAL	
1.2	Mesa mayo 	Obligatorio

1.3	Mesa mayor rodable (4 ruedas)	Obligatorio
1.4	Bandeja removible de acero inoxidable AISI 304 grado medico	Obligatorio
1.5	Dimensiones de bandeja: 53 x 65 (cm)	Obligatorio
1.6	Altura ajustable: máxima 11,7 m y mínimo 7,7 m	Obligatorio
1.7	Con freno de seguridad.	Deseable
1.8	Diámetro ruedas: Al menos 6 [cm].	Obligatorio
1.9	Material desinfectable y lavable.	Obligatorio
1.10	Con bandeja fija en acero AISI 304	Obligatorio
2	OTROS:	
2.1	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
2.2	Certificación FDA, CE, ISO	Obligatorio
2.3	Entrega en el establecimiento indicado en licitación	Obligatorio
2.4	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

N°	PISO TABURETE CON RESPALDO	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERAL	
1.1	Taburete dental con respaldo	Obligatorio
1.2	Tapiz de Material de alta densidad de al menos 8 cm de espesor lavable y desinfectable	Obligatorio
1.3	Estructura de acero inoxidable o acero cromado, resistente a la corrosión	Obligatorio
1.4	Altura y respaldo regulable con sistema tipo tornillo o palanca 600- 700 mm o mejor	Obligatorio
1.5	Respaldo anatomico, resistente	Obligatorio
1.6	Con base giratoria de 360°	Obligatorio
1.7	Con bases metalica o acero cromado	Obligatorio
1.8	5 ruedas doble diámetro de 2" o mejor	Obligatorio
1.9	Al menos dos ruedas con freno	Obligatorio
1.10	Soporte de al menos 150 kg	Obligatorio
1.11	Indicar colores para adjudicar	Obligatorio
2	OTROS:	
2.1	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
2.2	Certificación FDA, CE, ISO	Obligatorio
2.3	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

N°	PISO TABURETE	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERAL	
1.1	Taburete dental	Obligatorio

1.2	Tapiz de Material de alta densidad de al menos 8 cm de espesor lavable y desinfectable	Obligatorio
1.3	Estructura de acero inoxidable o acero cromado, resistente a la corrosión	Obligatorio
1.4	Altura de sillón regulable con sistema tipo tornillo o palanca 600- 700 mm o mejor	Obligatorio
1.5	Con base giratoria de 360°	Obligatorio
1.6	Con bases metálica o acero cromado	Obligatorio
1.7	5 ruedas doble diámetro de 2" o mejor	Obligatorio
1.8	Al menos dos ruedas con freno	Obligatorio
1.9	Soporte de al menos 150 kg	Obligatorio
1.10	Indicar colores para adjudicar	Obligatorio
2	OTROS:	
2.1	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
2.2	Certificación FDA, CE, ISO	Obligatorio
2.3	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

N°	SOPORTE UNIVERSAL	Tipo Obligatorio/Deseables
1	GENERAL	
1.1	Porta suero	Obligatorio
1.2	Estructura de acero inoxidable	Obligatorio
1.3	Base con vástago telescópico	Obligatorio
1.4	Altura regulable de al menos 110 cm a 196 cm de altura	Obligatorio
1.5	Giro de 360 °	Obligatorio
1.6	Con sistema de fijación al tubo de la base	Obligatorio
1.7	Con cinco ruedas rodables	Obligatorio
1.8	Cuenta con 2 ruedas con freno	Obligatorio
1.9	Debe incluir cuatro ganchos	Obligatorio
2	OTROS	
2.1	Se debe entregar todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
2.2	Garantía mínima de 12 meses	Obligatoria
2.3	Indicar garantía ofertada (meses)	Obligatorio
2.4	Indicar plazo de entrega ofertado (días)	Obligatorio

N°	PODOSCOPIO	Tipo Obligatorio/Deseables
1	GENERAL	

1.1	Podoscopio	Obligatorio
1.2	Estructura de madera con melamina	Obligatorio
1.3	Marco de PVC	Obligatorio
1.4	Vidrio laminado de seguridad de al menos 10 mm	Obligatorio
1.5	Espejo con inclinación de 45°	Obligatorio
1.6	Cuenta con dos porta lámpara para ampollas roscas	Obligatorio
1.7	Cuenta con ampollas para su uso	Obligatorio
1.8	Cuneta con un interruptor de encendido y apagado	Obligatorio
1.9	Fuente de alimentación de 220 V	Obligatorio
1.10	Capacidad de trabajo mínima de 120 kilos	Obligatorio
2	OTROS	
2.1	Se debe entrega todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
2.2	Garantía mínima de 12 meses	Obligatoria
2.3	Indicar garantía ofertada (meses)	Obligatorio
2.4	Indicar plazo de entrega ofertado (días)	Obligatorio

N°	ESCABEL DE DOS PELDAÑOS	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERISTICAS GENERALES:	
1.2	Escabel 2 peldaños	Obligatorio
1.3	Estructura de acero esmaltado de al menos 18 [mm]	Obligatorio
1.4	Dos peldaños, con cubierta de goma antideslizante.	Obligatorio
1.5	Peldaños de madera o similar de 18mm de espesor mínimo.	Obligatorio
1.6	Recubrimiento de la estructura acero inoxidable.	Obligatorio
1.7	El escabel cuenta con patas acabas en regatones antideslizantes	Obligatorio
1.8	Soporta: Al menos 120 [kg].	Obligatorio
1.9	De fácil limpieza y desinfección.	Obligatorio
1.10	Dimensiones aproximadas 41 x 40 x 44 cm (Alt x ancho x fondo)	Obligatorio
1.11	Altura de peldaño de al menos 23 cm.	Obligatorio
2	OTROS:	
2.1	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
2.2	Entrega en el establecimiento indicado en licitación	Obligatorio
2.3	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

Nº	CAMILLA ELECTRICA	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Camilla eléctrica o hidroneumática	Obligatorio
1.2	Camilla de acabado en pintura electroestática, epoxica, anticorrosiva y antibacterial	Obligatorio
1.3	Camilla con sistema eléctrico e interruptor de pedal para ajuste.	Obligatorio
1.4	Camilla con sistema de pedal y/o pedalera para subir y bajar la camilla	Obligatorio
1.5	Respaldo ajustable de manera manual con pistón de gas o mejor	Obligatorio
1.6	Ajuste de altura alto y bajo por medio de interruptor o pedalera	Obligatorio
1.7	Respaldo ajustable con sistema de bloqueo	Obligatorio
1.9	4 ruedas doble cara silenciosa de 5" a 8".	
1.10	Todas las ruedas con sistema de freno	
1.11	Estructura de acero de alta resistencia de protección anticorrosiva	Obligatorio
1.12	Cuatro patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica	Obligatorio
1.13	Secciones con acolchado de alta densidad, tapizada s con material plástico y lavable	Obligatorio
1.14	Tapizado con un material desinfectarles , impermeable	Obligatorio
1.15	Tapizado con acochado de 30 cm o mayor	Obligatorio
1.16	Con porta rollo de sabanilla desechable.	Obligatorio
1.17	Elevación de respaldo de (0°-75°) o mejor	Obligatorio
1.18	Elevación de piernas (0°-35°)	Obligatorio
1.19	Ajuste de altura con sistema hidráulico por medio de botonera o pedalera	Obligatorio
1.20	Ajuste de altura de 50 cm a 90 o mejor	Obligatorio
1.21	Rueda de al menos 8" antiestáticos frenos y parachoques	Deseable
1.22	Porta suero regulable con 4 receptáculos ajustables	Obligatorio
2	DIMENSIONES	Obligatorio
2.1	La camilla tiene una resistencia de al menos 250 kg	Obligatorio
2.2	Largo: 1940- 1950 mm	Obligatorio
2.3	Ancho: 700 mm	Obligatorio
3	OTROS	
3.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatoria
3.2	Normas de seguridad de equipamiento electromecánico: YY0505	
3.3	Normas de Seguridad de Productos Médicos: IEC 60601 1-1 / 1-2	

3.4	Certificado CE	
3.5	Adjunta ficha técnica	Obligatoria
3.6	Manual usuario inglés y español	Obligatoria
3.7	Capacitación de usuario y técnica	Obligatorio
3.8	Garantía técnica de 24 meses	Obligatorio

MESA TOMA DE MUESTRA CON ALETA

N°	Detalles	Tipo Obligatorio/Deseables
1	CARACTERÍSTICAS GENERAL	
1.1	Mesa toma de muestra con aleta 	Obligatorio
1.2	Mesa acolchada, con densidad de 21 cm tapizado en tevinil	Obligatorio
1.3	Mesa con aleta incluida	Obligatorio
1.4	Tevinivil lavable ISO CARE Antibacteriano certificado	Obligatorio
1.5	Cubierta fácil de limpieza	Obligatorio
1.6	Estructura de acero esmaltado y pintura electrostática	Obligatorio
1.7	Incluye una cajonera	Obligatorio
1.8	Patas con regatón antideslizante	Obligatorio
2	DIMENSIONES	
2.1	Alto 86 cm a 90 cm	Obligatorio
2.2	Ancho 40 cm a 43 cm	Obligatorio
2.3	Largo 40 cm a 45 cm	Obligatorio
3	OTROS:	
3.1	Adjunta ficha técnica	Obligatorio
3.2	Entrega en el establecimiento indicado en licitación	Obligatorio
3.3	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

CARRO DE ACERO INOXIDABLE

N°	Detalles	
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
1.1	Carro de acero inoxidable FOTO REFERENCIAL 	Obligatorio
1.2	Estructura de acero inoxidable	Obligatorio
1.3	Con dos bandeja y un cajón	Obligatorio
1.4	Cada bandeja debe incluir a baranda	Obligatorio
1.5	Incluye baranda las dos bandejas	Obligatorio
1.6	Incluye con balde para de depósito de basura	Obligatorio
1.7	Con cuatro rudas y al menos 2 con sistema de freno	Obligatorio
2	DIMENSIONES	
2.1	largo entre 75 a 80 cm	Obligatorio
2.2	Ancho entre 40 a 50 cm	Obligatorio
2.3	alto entre 50 cm a 55 cm	Obligatorio
2.4	Resistencia mínima de 110 kilos	Obligatorio
3	OTROS	
3.1	Se debe entrega todo el accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo ofertado.	Obligatorio
3.2	El equipo debe incluir manual de usuario, técnico y ficha técnica.	Obligatorio
3.3	Garantía técnica mínima de 12 meses.	Obligatorio

3.4	Indicar garantía ofertada (meses)	Obligatorio
3.5	Indicar plazo de entrega ofertado (días)	Obligatorio