

### Bases técnicas sillones dentales

Se requiere el recambio de sillones para la comuna de Recoleta, por cumplimiento de vida útil de los existentes y sin posibilidad de reparación. Se realiza adquisición por medio de proyecto AGL.

Sillón Dental debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Apoya cabeza con amplio movimiento para posicionar a adultos y niños.
- Asiento del paciente 2 posiciones predeterminadas, además de posición de trendelenburg.
- Botón de seguridad.
- Pedal multifuncional.
- Panel de controles con todas las funciones.
- Módulo auxiliar con giro y panel de control.
- Salivero giratorio.
- Grifo de llenado de vaso.
- Lámpara de iluminación 10 LED.
- Negatoscopio LED, periapical.
- Base con estabilidad.
- Taburete incluido.
- Sensor de seguridad.
- Bracket fijo y unido.
- Tapiz sin costura, de espuma en poliuretano de alta resistencia, lavable.
- Con válvula de control de agua y aire para instrumentos.
- Con holder de fácil acceso con ajuste de seguridad.
- Conexión para equipo scaler.

\*Los sillones deben incluir instalación en los centros correspondientes, dejando conectado el equipo de scaler existente en los centros, y garantía de 12 meses.

Se necesitan 2 sillones para el CESFAM Recoleta, ubicado en Av. Recoleta 740, y 2 sillones para el CESFAM Juan Petrinovic, ubicado en Teniente Juan Colipi 670.



Gustavo Loyola Pedreros

Jefe (s) de Salud

Municipalidad de Recoleta

Marzo 2026

María José Ramírez