

NOMBRE EQUIPO: SILLÓN CLÍNICO			
CANTIDAD		3	
Nº	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE SÍ/NO	OBSERVACIONES
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES		
1.1	Sillón clínico para pacientes en terapia de afecciones respiratorias.		
1.2	4 ruedas, al menos dos de ellas con freno.		
1.3	Estructura de acero pintado/esmaltado		
1.4	Estructura de tubo de acero de al menos 3mm. Indicar.		
1.5	Ruedas de al menos 100mm de diámetro.		
1.6	Tapizado des infectable e ignifugo.		
1.7	Color: Tazir, Negro.		
1.8	Acovabrazos reclinables en altura		
1.9	Acovabrazos plegables para facilitar ingreso/salida de paciente desde laterales.		
1.10	Abrazadera fija o similar, compatible con soportes universales. Incluye 1 soporte universal, 2 ganchos, ajustable en altura.		
1.11	Sillón de al menos 3 secciones.		
1.12	Al menos 2 secciones con movimiento independiente.		
1.13	Secciones con movimiento asistido por bomba/pistón de gas.		
1.14	Palancas de comando/control de movimiento de secciones móviles. Indicar.		
1.15	Altura Espaldero: de al menos 700mm. Indicar.		
1.16	Ancho Asiento: 500mm (+/-50mm). Indicar.		
1.17	Acollchado con un grosor mínimo de 100mm inclusive y densidad de espuma de mínimo 30Kg/m3		
1.18	Capacidad de carga: 180kg o superior.		
1.19	Inclinación máxima hacia atrás de respaldo de 130° (+/-10°).		
2	GARANTÍA Y OTROS		
2.1	Garantía Técnica mínima de 24 meses (2 años) contados desde la fecha de recepción conforme del producto. Señalar período.		
2.2	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Adjuntar obligatoriamente: Ficha técnica del fabricante del producto en idioma español (o traducida oficialmente al español si el original está en otro idioma), catálogo o brochure comercial con fotografías o imágenes del producto ofertado, especificaciones técnicas completas (dimensiones, peso, materiales, capacidades, características), manual de usuario o instrucciones de uso en español si aplica al tipo de producto.		
2.3	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO: Señalar obligatoriamentede forma clara y precisa: Marca comercial del fabricante del producto ofertado, modelo exacto o código de producto del fabricante, año de fabricación o versión si aplica, país de origen o fabricación. Esta información debe coincidir exactamente con la documentación técnica adjunta y con el producto que será entregado.		
2.4	PLAZO DE ENTREGA: Señalar obligatoriamente el plazo de entrega del producto en días corridos, contados desde la fecha de emisión de la orden de compra.		
2.5	CONDICIONES DE ENTREGA Y TRASLADO		
2.5.1	El precio ofertado debe incluir obligatoriamente el traslado y entrega del producto en el establecimiento de salud usuario final indicado por el mandante (dirección exacta será informada en orden de compra), sin costo adicional de transporte, flete o envío para el mandante. La entrega incluye descarga del producto desde el vehículo de transporte e ingreso al establecimiento hasta punto de recepción designado.		
2.5.2	Es responsabilidad exclusiva del proveedor entregar el producto completo, funcional y operativo, con todos sus componentes, accesorios, piezas, elementos, consumibles iniciales o cualquier elemento necesario para el uso inmediato del producto según especificaciones técnicas, sin requerir adquisición de elementos adicionales por parte del mandante.		
2.5.3	Si el producto requiere ensamble, armado o instalación para quedar operativo (ej: muebles, equipos desarmados, equipamiento que requiere montaje), el proveedor debe entregar el producto completamente armado, ensamblado e instalado listo para uso inmediato. O incluir el servicio de armado/instalación sin costo adicional realizado por personal técnico calificado del proveedor en el establecimiento. El oferente debe indicar si el producto se entrega armado o desarmado, y en este último caso, incluir explícitamente el servicio de armado en su oferta.		
2.5.4	El proveedor debe coordinar obligatoriamente la fecha y horario de entrega con el encargado del establecimiento (contacto será proporcionado en orden de compra) con al menos 5 días hábiles de anticipación. IMPORTANTE: El recinto de entrega es una instalación nueva en construcción sin personal permanente en sitio, por lo que la coordinación previa es crítica para asegurar disponibilidad de funcionario receptor en la fecha y hora acordada. El proveedor debe confirmar asistencia del funcionario receptor antes de despachar la mercadería		
2.6	EMBALAJE Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: El producto debe entregarse con embalaje apropiado que garantice protección durante transporte. El proveedor debe retirar y disponer todos los materiales de embalaje (cajas, plásticos, poliestireno, otros) inmediatamente después de la entrega, dejando el recinto limpio y libre de residuos. Es responsabilidad exclusiva del proveedor garantizar que los trabajos de traslado, desembalaje e instalación no causen daños a infraestructura del establecimiento (muros, pisos, puertas, instalaciones). En caso de producirse daños, será de cargo del proveedor todas las acciones para repararlos o reemplazarlos sin costo adicional, en plazo máximo de 10 días hábiles.		
2.7	RECEPCIÓN CONFORME: La recepción conforme del producto será formalizada mediante acta de recepción o documento equivalente firmado por el funcionario receptor del establecimiento usuario, una vez verificado que: el producto entregado corresponde exactamente a lo especificado y ofertado (marca, modelo, características), el producto está completo con todos sus componentes y accesorios, el producto está en perfectas condiciones sin daños, el producto está armado/instalado y operativo si corresponde, la documentación requerida ha sido entregada. La garantía comenzará a contarse desde la fecha del acta de recepción conforme.		

