

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCABEL
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

INFORMACIÓN DE LA OFERTA	
Nombre de la Empresa	
Marca / Modelo	
Fabricante	
País/Año de Fabricación	
Plazo de Entrega (marcar con una X)	Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO ____
Garantía Técnica	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)

NOMBRE DEL EQUIPO: ESCABEL				OFERENTE			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE REQUERIMIENTO	PUNTAJE EET	CUMPLE SI/NO	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET	OBSERVACIONES	PUNTAJE ASIGNADO
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES						
1.1	Escabel de dos escalones para pabellón	OBLIGATORIO					
1.2	La estructura, en su totalidad, debe estar fabricada en acero inoxidable AISI 304	OBLIGATORIO					
1.3	Soldadura en atmosfera de argón, con pulido sanitario grano 80	OBLIGATORIO					
1.4	Largueros y travesaños en perfil 40x20x1,5 [mm]	OBLIGATORIO					
1.5	Peldaños en plancha de acero diamantado de al menos 1,5 [mm] de espesor, con superficie estriada antideslizante	OBLIGATORIO					
1.6	Patas en perfil 40 x 40 x 1,5 [mm] con regatones antideslizantes	OBLIGATORIO					
1.7	Capacidad de carga: ≥ 150 [Kg]	OBLIGATORIO					
2	DIMENSIONES						
2.1	Alto: entre 45 a 50 [cm]	OBLIGATORIO					
2.2	Ancho: entre 40 a 45 [cm]	OBLIGATORIO					
2.3	Profundidad: entre 40 a 45 [cm]	OBLIGATORIO					
3	CONSIDERACIONES						
3.1	Se deberá validar el cumplimiento de cada punto de las especificaciones técnicas señaladas y mencionar su referencia a través de documentación de respaldo original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor	OBLIGATORIO					

Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a.....de.....de 2026.