

Especificaciones Técnicas Camillas de Ambulancia

Adquisición de dos camillas autocargantes para ambulancias de la comuna, destinadas al traslado seguro de pacientes adultos y pediátricos, compatibles con el sistema de fijación instalado y que incluyan el sistema de anclaje correspondiente.

La camilla ofertada deberá cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Camilla autocargante para ambulancia.
- Certificación de seguridad 10G para transporte sanitario.
- Fabricada en acero inoxidable y materiales de alta resistencia.
- Plataforma de polietileno de alta densidad, de fácil limpieza y desinfección.
- Respaldo regulable en múltiples posiciones.
- Posición Trendelenburg (anti-shock).
- Sistema de altura variable.
- Tren de rodaje autocargantes con apertura y cierre automático durante la carga y descarga.
- Cuatro ruedas de gran diámetro, dos fijas y dos giratorias.
- Freno en ruedas posteriores.
- Barandas laterales abatibles con sistema de bloqueo de seguridad.
- Controles codificados por colores.
- Dimensiones compatible con la ambulancia.
- Capacidad mínima de carga: 250 kg.
- Debe mantener estabilidad durante el traslado y las maniobras de carga y descarga.
- Prueba funcional posterior a la instalación, luego de eso se debe proceder a facturación.

Accesorios incluidos:

- Colchón anatómico impermeable, lavable y termosellado.
- Dos cinturones de seguridad para paciente.
- Barandas laterales de seguridad.
- Manual de usuario en español.
- Garantía de mínimo 12 meses.

El proveedor deberá realizar una capacitación al personal clínico y conductores respecto al uso correcto de la camilla, carga y descarga segura, limpieza y desinfección y mantenimiento preventivo.

Las camillas deberán cumplir con las normas de regulación vigentes.

Visita Técnica Obligatoria:

El oferente deberá realizar una visita técnica obligatoria, con el objeto de asegurar la correcta compatibilidad entre la camilla ofertada y las ambulancias institucionales de la comuna.

Durante esta visita, los oferentes deberán verificar, a lo menos:

- Dimensiones del compartimiento sanitario.
- Altura de carga de la ambulancia.
- Sistema de anclaje existente.
- Espacio disponible para la maniobrabilidad de la camilla.
- Compatibilidad con los sistemas de seguridad del vehículo.

- Cualquier otra condición técnica que pue da influir en la correcta instalación y funcionamiento del equipo.

Entrega en bodega, ubicada en Einstein 940, comuna de Recoleta.