

FORMULARIO N°3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIOMBO PLOMADO
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO NO CLÍNICO PARA CECOSF CHIFÍN”

INFORMACIÓN DE LA OFERTA	
Nombre de la Empresa	
Marca / Modelo	
Fabricante	
País/Año de Fabricación	
Plazo de Entrega (marcar con una X)	Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Agosto de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO ____
Garantía Técnica	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)

	NOMBRE DEL EQUIPO: BIOMBO PLOMADO			OFERENTE			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE REQUERIMIENTO	PUNTAJE EETT	CUMPLE SI/NO	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET	OBSERVACIONES	PUNTAJE ASIGNADO
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES						
1.1	Biombo plomado para radiología	OBLIGATORIO					
1.2	Terminaciones del biombo en melamina con una lámina de plomo de 1.00 [mm] de espesor	OBLIGATORIO					
1.3	Enmarcado metálico	OBLIGATORIO					
1.4	Incluir vidrio plomado	OBLIGATORIO					
1.5	Contar con 04 ruedas de doble giro	OBLIGATORIO					
2	DIMENSIONES						
2.1	Alto: 1.80 [m]	OBLIGATORIO					
2.2	Ancho: entre 0.70 - 0.80 [cm]	OBLIGATORIO					
2.3	Peso máximo: 50 [kg]	OBLIGATORIO					
3	CONSIDERACIONES						
3.1	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor	OBLIGATORIO					
3.2	Certificado de Equivalencia en PB (Equivalencia en Plomo)	OBLIGATORIO					

Nombre, R.U.T. y Firma
Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, ade.....de 2026.