

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA MAYO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR CHUYACA”

INFORMACIÓN DE LA OFERTA	
Nombre de la Empresa	
Marca / Modelo	
Fabricante	
País/Año de Fabricación	
Plazo de Entrega (marcar con una X)	Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO ____
Garantía Técnica	____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses)

NOMBRE DEL EQUIPO: MESA MAYO				OFERENTE			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO DE REQUERIMIENTO	PUNTAJE EET	CUMPLE SI/NO	CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET	OBSERVACIONES	PUNTAJE ASIGNADO
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES						
1.1	Mesa mayo fabricada en acero inoxidable AISI 304	OBLIGATORIO					
1.2	Estructura en marcos de perfil de acero inoxidable de 30x30x1 [mm]	OBLIGATORIO					
1.3	Mesa completamente soldada en Atmosfera de Argón (Sin tornillos)	OBLIGATORIO					
1.4	Pulido sanitario grano 80 o mejor	OBLIGATORIO					
1.5	Bandeja de acero inoxidable removible	OBLIGATORIO					
1.6	Base tipo H	OBLIGATORIO					
1.7	Largo de la bandeja: 45 a 50 [cm]	OBLIGATORIO					
1.8	Ancho de la bandeja: 30 a 35 [cm]	OBLIGATORIO					
1.9	Altura regulable: entre 80 a 120 [cm] o rango superior	OBLIGATORIO					
1.10	Base con 4 ruedas giratorias de goma, doble giro, de 4 pulgadas. Al menos dos de ellas con freno	OBLIGATORIO					
2	CONSIDERACIONES						
2.1	La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor	OBLIGATORIO					

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a.....de.....de 2026.