

ESCABEL CLINICO			
	Empresa		
	Marca		
	Modelo		
	Cantidad	38	
	Especificaciones técnicas	Cumplimiento (Sí / No)	Observación
1	Características generales:		
1.1	38 escabeles de 02 peldaños		
1.2	Estructura de acero		
1.3	Peldaños de al menos 18 mm de grosor		
1.4	Terminación antideslizantes de los peldaños		
1.5	Paras de fomas antideslizantes		
1.6	Medidas aproximadas: 38x40x50 cm $\pm$ 5 cm (alto x ancho x largo)		
2	Debe incluir		
2.1	Garantía mínima de 12 meses		
2.2	Todos los equipos ofertados en la presente licitación deben ser nuevos		
2.3	Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que se incluye en ésta.		
2.4	Se debe incluir catálogo digital del equipo en la oferta		
2.5	Instalación y puesta en marcha incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con el Servicio de Salud Concepción		
2.6	Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo al interior del Establecimiento, a la dependencia final, tomando los resguardos logísticos pertinentes, y colocando los recubrimientos en pisos y paredes en caso de ser necesario (goma, terciado estructural, carros de arrastre, etc.), de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados		
2.7	Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada		

imagen de referencia



2.8	En caso que el equipo sea entregado en bodega del Servicio Salud Concepción (SSC), la empresa debe trasladar el equipo desde dicha bodega hasta el Establecimiento que designe el SSC, previa coordinación con la empresa, la cual a su vez debe asumir todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.)		
-----	--	--	--

PORTA SUERO			
		Empresa	
		Modelo	
		Cantidad	2
Item	Especificaciones técnicas	Cumplimiento (Sí / No)	Observación
1	Características generales		
1.1	02 Porta sueros		
1.2	Estructa metálica, con pintura gris o blanca resistente al lavado y corrosión		
1.3	Regulables en altura		
1.4	4 o 5 ganchos en la zona superior plagables		
1.5	Con 4 o 5 ruedas de doble giro		
1.6	Base resistente a golpes y de superficie lavable		
2	DEBE INCLUIR		
2.1	Garantía técnica mínima de 12 meses		
2.2	Todos los equipos ofertados en la presente licitación deben ser nuevos.		
2.3	Incluir todos los accesorios, componentes, insumos y equipamiento necesario para el buen funcionamiento del equipo ofertado y de cada una de sus partes, independiente de si éstas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falla de descripción.		
2.4	Se debe adjuntar la cotización		
2.5	Se debe incluir catálogo/ficha/fotografía digital de equipamiento en la oferta		

imagen referencia



2.6	Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo al interior del Establecimiento, a la dependencia final, tomando los resguardos logísticos pertinentes, y colocando los recubrimientos en pisos y paredes en caso de ser necesario (goma, terciado estructural, carros de arrastre, etc.), de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados.		
2.7	En caso que el equipo sea entregado en bodega del Servicio Salud Concepción (SSC), la empresa debe trasladar el equipo desde dicha bodega hasta el Establecimiento que designe el SSC, previa coordinación con la empresa, la cual a su vez debe asumir todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.).		