

PISO CLINICO			
	Empresa		
	Marca		
	Modelo		
	Cantidad	13	
	Especificaciones técnicas	Cumplimiento (Sí / No)	Observación
1	Características generales:		
1.1	13 Piso taburete, como la imagen de referencia		
1.2	Estructura en tubo de acero cromado		
1.3	Asiento de material lavable		
1.4	Cuatro ruedas giratorias de al menos 2"		
1.5	Color del tapizado azul, gris o negro		
1.6	Altura regulable de al menos 15 cm		
2	Debe incluir		
2.1	Garantía mínima de 12 meses		
2.2	Todos los equipos ofertados en la presente licitación deben ser nuevos.		
2.3	Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que se incluye en ésta.		
2.4	Se debe incluir catálogo digital del equipo en la oferta.		
2.5	Instalación y puesta en marcha incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con el Servicio de Salud Concepción.		
2.6	Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo al interior del Establecimiento, a la dependencia final, tomando los resguardos logísticos pertinentes, y colocando los recubrimientos en pisos y paredes en caso de ser necesario (goma, terciado estructural, carros de arrastre, etc.), de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados.		
2.7	Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.		

imagen de referencia



2.8	En caso que el equipo sea entregado en bodega del Servicio Salud Concepción (SSC), la empresa debe trasladar el equipo desde dicha bodega hasta el Establecimiento que designe el SSC, previa coordinación con la empresa, la cual a su vez debe asumir todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.).		
-----	---	--	--

PISO TABURETE			
	Empresa		
	Marca		
	Modelo		
	Cantidad	4	
	Especificaciones técnicas	Cumplimiento (Sí / No)	Observación
1	Características generales:		
1.1	04 Pisos taburete, con respaldo para la espalda		
1.2	Estructura en tubo de acero cromado		
1.3	Asiento y respaldo tapizado de material lavable		
1.4	Cuatro ruedas giratorias de 2"		
1.5	Color del tapizado azul, gris o negro		
1.6	Altura regulable de al menos 15 cm		
2	Debe incluir		
2.1	Garantía mínima de 12 meses		
2.2	Todos los equipos ofertados en la presente licitación deben ser nuevos.		
2.3	Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que se incluye en ésta.		
2.4	Se debe incluir catálogo digital del equipo en la oferta.		
2.5	Instalación y puesta en marcha incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con el Servicio de Salud Concepción.		
2.6	Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo al interior del Establecimiento, a la dependencia final, tomando los resguardos logísticos pertinentes, y colocando los recubrimientos en pisos y paredes en caso de ser necesario (goma, terciado estructural, carros de arrastre, etc.), de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados.		
2.7	Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.		

imagen de referencia



2.8	En caso que el equipo sea entregado en bodega del Servicio Salud Concepción (SSC), la empresa debe trasladar el equipo desde dicha bodega hasta el Establecimiento que designe el SSC, previa coordinación con la empresa, la cual a su vez debe asumir todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.).		
-----	---	--	--