

Las especificaciones técnicas son las específica

ITEM 5: Sillones Clínicos			
Ítem	Descripción de las características exigibles	Requerimiento	
		Tipo	Puntaje
1	GENERAL		
1.1	<p>Se requieren seis (6) Sillones Clínicos para su uso en la Unidad de Medicina Nuclear del HSR.</p> <p>Modelo de referencia Marca GIVAS Modelo zeroG MANUAL.</p> <p>Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica siempre que cumplan las necesidades clínicas.</p>	Obligatorio*	
1.2	DIMENSIONES		
1.2.1	<p>Ancho total (considerando apoyabrazos): menor o igual a 69, tolerancia +/-10 cm.</p> <p>Nota: Ancho total no incluye accesorios como por ejemplo bandeja o portasueros.</p>	Deseable	20
1.2.2	<p>Largo en posición paciente sentado: menor o igual a 110 cm. (tolerancia +/-3 cm).</p> <p>Nota: posición paciente sentado considera respaldo sin reclinación y reposapiernas sin elevar.</p>	Deseable	20
1.2.3	<p>Largo total: menor o igual a 195 cm.</p> <p>Nota: Largo total considera todas las secciones del sillón, en posición semi o extendida</p>	Deseable	20
1.3	<p>Funcionamiento:</p> <p>Equipamiento ofertado debe contar con al menos uno de los siguientes tipos de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hidráulico -Mecánico <p>Nota: no se aceptan sillones que requieran toma eléctrica para su funcionamiento.</p>	Obligatorio*	
1.4	Equipamiento ofertado debe contar con:		
1.4.1	Superficie con apoyo de brazos	Obligatorio*	
1.4.2	Reposa-piernas	Obligatorio*	
1.4.3	Apoya pies retráctil o removible	Obligatorio*	
1.4.4	Asa y/o manilla de empuje.	Deseable	10
1.4.5	Capacidad de carga mayor o igual a 150 Kg	Obligatorio*	
1.4.6	Capacidad de carga mayor o igual a 180 kg.	Deseable	30
1.4.7	Poseer al menos 04 (CUATRO) ruedas.	Obligatorio*	

1.4.8	Al menos 02 (DOS) ruedas con sistema de frenos	Obligatorio*	
1.4.9	Bandeja integrada al sillón, la cual debe ser abatible y/o removible. Nota: no se aceptan mesas o bandejas externas al sillón.	Deseable	30
2	MATERIALIDAD		
2.1	Equipamiento ofertado debe contar con estructura principal fabricada en metal. De estructura firme y resistente, de alto uso y con materiales aptos para su uso en recintos hospitalarios. Nota: Se debe respaldar con documentación técnica de fábrica.	Obligatorio*	
2.2	Equipamiento ofertado debe contar con al menos una de las siguientes opciones de materialidad de acolchado: - Espuma de Poliuretano. - Espuma de Alta Densidad. Nota: Se debe respaldar con documentación técnica de fábrica. Detallar.	Obligatorio*	
2.3	Equipamiento ofertado debe contar con tapiz impermeable y desinfectable, resistente a productos de limpieza. Nota: Adjuntar o indicar detalle de mecanismo de limpieza y desinfección.	Obligatorio*	
2.4	Indicar los colores disponibles tanto del tapiz como de la estructura. Nota: Una vez adjudicada la propuesta el servicio podrá determinar el color del mobiliario, de acuerdo a los colores previamente ofertados por el adjudicatario.	Obligatorio*	
3	MOVIMIENTOS		
3.1	Equipamiento ofertado debe permitir ajustar inclinación del respaldo	Obligatorio*	
3.1.1	Hasta un ángulo mayor o igual a 160°.	Deseable	10
3.2	Hasta un ángulo mayor o igual a 180°.	Deseable	20
3.3	Equipamiento ofertado debe permitir ajustar ángulo de inclinación de reposapiernas	Deseable	20
4	ACCESORIOS		
4.1	Incluir por cada equipamiento ofertado, 01 (UN) Porta sueros con al menos DOS (02) ganchos, con capacidad de integración a la estructura del sillón. Ver imagen referencial.	Obligatorio*	
5	CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS		
5.1	Adjuntar Declaración de conformidad CE, que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA (EEUU) o JIS (Japón).	Deseable	30
5.2	Adjuntar Declaración de conformidad que confirme que el producto cumple con los requisitos de la norma ISO 13485 "Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en la industria de dispositivos médicos.	Deseable	30
5.3	Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 9001	Deseable	30

5.4	<p>Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo.</p>	Obligatorio*	