

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)
PROYECTO "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CENTROS DE SALUD ALHUÉ"

ANEXO N° 2
ITEMS O LINEA 18

I. INFORMACIÓN DEL ÍTEM					
NOMBRE		SILLÓN PROFESIONAL PODOLÓGICO MANUAL			
CANTIDAD		3 Unidades			
MARCA					
MODELO					
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN					
- Completar con la respectiva respuesta en la columna "CUMPLE (SI/NO)"					
CORR.	DETALLE DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	TIPO (OBLIGATORIA/DE SEABLE)	CUMPLE (SI/NO)	NOMBRE DE DOCUMENTO	PAGINA DE RESPALDO
1. GENERALIDADES					
1.1	Considera adquisición de sillón profesional podológico manual, por la cantidad indicada en esta EETT, La oferta debe incorporar: Ficha técnica del producto ofrecido o descripción. Imagen o fotografía. De no contemplar estos antecedentes la oferta será declarada inadmisibile.	OBLIGATORIA			
2. DIMENSIONES					
2.1	Estructura en tubo y perfil de acero en 1.5 mm.	OBLIGATORIA			
3. MATERIALIDAD DEL CONJUNTO					
3.1	Tapiz ecocuero	OBLIGATORIA			
4. CARACTERÍSTICAS					
4.1	Pintura electroestática. Regatones antideslizantes. Respaldo, apoya pie y alza pie regulable en altura. Espuma de 10 cm. Escabel y apoya brazos fijos.	OBLIGATORIA			
4.2	Color negro	OBLIGATORIA			
5. GARANTÍA					
5.1	Garantía legal de 6 meses.	OBLIGATORIA			
6. OTROS					
6.1	La propuesta debe incluir o considerar el valor del flete y armado de producto	OBLIGATORIA			
7. IMAGEN REFERENCIAL					
					