

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICION DE CAMILLA EXAMEN PARA HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLOGICA 2026"

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición contempla la compra de diez (10) camillas para pacientes destinadas a la habilitación y mejoramiento de la red oncológica del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames, con el propósito de proporcionar mobiliario adecuado y funcional que favorezca la comodidad, seguridad y bienestar del paciente.

Presupuesto disponible: \$21.000.000 (Veintiún millones de pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a 24 meses, o presentar antecedentes falsos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN										
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6										
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del producto ofertado serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%										
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a veinticuatro (24) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 48 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses</td><td>75 puntos</td></tr><tr><td>Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses</td><td>50 puntos</td></tr><tr><td>Igual a 24 meses</td><td>25 puntos</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 48 meses	100 puntos	Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos	Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos	Igual a 24 meses	25 puntos
Garantía ofertada	Puntaje										
Igual o superior a 48 meses	100 puntos										
Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos										
Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos										
Igual a 24 meses	25 puntos										
REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%										

RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: 1. Oferta Técnica. 2. Garantía Técnica. 3. Oferta Económica. 4. Cumplimiento de Requisitos Formales.
-----------------------	---

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

N°	Proveedor	RUT
1	PLUSMEDICAL SPA	76.520.087-3
2	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA	77.749.210-1

V. ANTECEDENTES FORMALES ADJUNTOS

	OFERENTE 1	OFERENTE 2
	PLUSMEDICAL SPA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA
PRESENTA UNA GARANTIA TECNICA MIN 24 MESES	SI	SI
PRESENTA ANTECEDENTES FALSOS	NO	NO

VI. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1: CAMILLA EXAMEN

1.1 REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERENTE N° 1
NOMBRE EMPRESA: PLUSMEDICAL SPA
RUT: 76.520.087-3

				Nº Oferente		1			
				Nombre Proveedor		PLUSMEDICAL SpA (RUT 76.520.087-3)			
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Nombre Oferta		PLUSMEDICAL			
NOMBRE ITEM	CAMILLA EXAMEN		MARCA		YAN MEDICAL (Suzhou Yan Medical Equipment Co., Ltd.)				
CANTIDAD	10		MODELO		EXE-6				
ITEM	1		ORIGEN		CHINA				
Correlativo	EETT		Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES								
1.1	Camilla para exámenes regulable en altura electrica.		EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2	La EXE-6 de Saikang, es una camilla eléctrica para procedimientos. Permite ajustar la altura y el ángulo del respaldo	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "La EXE-6 de Saikang, es una camilla eléctrica para procedimientos. Permite ajustar la altura y el ángulo del respaldo". Página 3, indica: "Ajuste de altura 480-850mm".
1.2	Estructura de acero inoxidable, revestimiento termoesmaltado, epóxico o equivalente técnico.		EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2	Estructura de acero termo esmaltada con recubrimiento en pintura epóxica, anti-bacterial, antióxido	CUMPLE (equivalente técnico). Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "Estructura de acero termo esmaltada con recubrimiento en pintura epóxica, anti-bacterial, antióxido".
1.3	Cuenta con respaldo articulado		EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2	Respaldo con ajuste de angulación	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "Permite ajustar la altura y el ángulo del respaldo... El ajuste del respaldo puede hacerlo por motor". Página 3, indica: "Ajuste del respaldo 0°-85°".

1.4	Elevación del respaldo de al menos 45°.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	Ajuste del respaldo 0°-85°	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Ajuste del respaldo 0°-85°"
1.5	Superficie acolchada.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2</i>	Superficie: Acolchada y tapizada en tevinil de grado clínico	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "Superficie: Acolchada y tapizada en tevinil de grado clínico, resistente al moho, a la flexión y al desgaste".
1.6	Tapizado lavable, de material tipo tevinil o similar técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2</i>	Tapizada en tevinil de grado clínico	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "tapizada en tevinil de grado clínico, resistente al moho, a la flexión y al desgaste".
1.7	De fácil limpieza y desinfectante, indicar.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2</i>	Permite limpieza y desinfección de tipo hospitalaria	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "Permite limpieza y desinfección de tipo hospitalaria".
1.9	Porta rollo o porta sabanilla incluido, original del fabricante o compatible con el modelo ofertado, instalado al momento de la entrega.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	Se incluye en la oferta Porta-sabanilla opcional	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Accesorios: Porta-sabanilla opcional". El oferente declara en su EETT página 1: "Se incluye en la oferta". Documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica" página 1, indica: "Los equipos serán suministrados con todos los accesorios necesarios y solicitado en las especificaciones técnica".
1.10	Las terminaciones de las patas deben contar con goma antideslizante o equivalente técnico que prevenga el movimiento libre.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 2</i>	Patas de acero con regatones terminación antideslizantes	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "patas de acero con regatones terminación antideslizantes". Página 3, indica: "Patatas: 4 con terminación regatones anti deslizantes".
1.11	Dimensiones: - Ancho: 70cm ± 10cm - Largo: 190cm ± 10cm	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	Dimensiones (LxAnxAl): 1840*680*(480-850) mm	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Dimensiones (LxAnxAl) 1840*680*(480-850) mm". Largo 184 cm (rango 180-200 cm) y ancho 68 cm (rango 60-80 cm).
1.12	Altura variable en el rango de 55cm - 85cm o superior.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	Ajuste de altura: 480-850mm	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Ajuste de altura 480-850mm". Cubre el rango requerido de 55-85 cm (límite superior exacto en 85 cm).
1.13	Carga segura de trabajo mínima de 180 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA</i>	Carga máxima segura 190 kg	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Carga máxima segura 190 kg".

						<i>ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>		
1.14	Alimentación eléctrica compatible con la red nacional de 220–230 V, 50 Hz, con cable de alimentación nacional tipo L.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	Alimentación: 220–230 V, 50 - 60Hz. Enchufe nacional tipo L	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Alimentación 220–230 V, 50 - 60Hz. Enchufe nacional tipo L".
1.15	Control de regulación de altura mediante pedal, doble pedal o barra periférica.	DESEABLE	2	0	0	<i>Ficha Técnica EXE-6, pág. 2 y 3</i>	No	NO CUMPLE, proveedor indica no cumplimiento
1.16	Carga segura de trabajo superior a 180 kg.	DESEABLE	2	1	2	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	Carga máxima segura 190 kg	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 3, indica: "Carga máxima segura 190 kg" (superior a 180 kg).
1.17	Sistema de cuatro ruedas bloqueables, retráctiles.	DESEABLE	2	1	2	<i>Ficha técnica CAMILLA ELECTRICA EXE-6, pag 3</i>	4 ruedas ocultas doble cara retráctiles	CUMPLE. Documento "Ficha Técnica Camilla Eléctrica EXE-6" página 2, indica: "4 ruedas ocultas doble cara retráctiles". Página 3, indica: "Ruedas: 4 ruedas retráctiles doble cara". El sistema retráctil inmoviliza la camilla sobre sus patas antideslizantes; no se describe freno individual.
2	EXIGENCIAS							
2.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Certificado Representación Yan Medical, pag 1</i>	Certificado Representación Yan Medical	CUMPLE. Documento "Oferta PlusMedical" página 4, indica: "Certificado de Antigüedad y Representación... respaldamos que Plusmedical es nuestro distribuidor autorizado en Chile desde el año 2025. Esta carta es válida hasta diciembre del 2026", emitido por Suzhou Yan Medical Equipment Co., Ltd.
2.2	Garantía de al menos 24 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Carta de Compromiso Garantía Técnica, pag 1</i>	36 meses	CUMPLE. Documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica" página 1, indica: "CAMILLA EXAMEN (EQUIPAMIENTO) 10 – 36 meses". Documento "Cotización N°38.244" página 1 indica garantía de "36 meses".
2.3	Incluir en la oferta mínimo un (01) mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía del equipo o cantidad de mantenimientos anuales recomendada por el fabricante, sin costo adicional.	EXCLUYENTE	*	1	*	<i>Cta de Compr. Mant. Prev. y Correctiva, pag 1</i>	Se incluye	CUMPLE. Documento "Oferta PlusMedical" página 19 (Carta de Compromiso Mantenimiento Preventiva y Correctiva), indica: "Se compromete la entrega de mantenimiento preventivo ANUAL según lo recomendado por fabrica... mantenimientos correctivos... ilimitadas y sin costo... mientras dure el periodo de garantía".

2.4	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	Cta de Compr. Entrega, Inst. y Psta en Marcha, pag 1	Se incluye	CUMPLE. Documento "Oferta PlusMedical" página 18 (Carta de Compromiso Entrega, Instalación y Puesta en Marcha), indica: "El despacho de los equipos será provisto por PlusMedical Spa... La instalación, desembalaje y puesta en marcha... será realizada en las instalaciones del cliente".
2.5	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Cta de Compr. Entrega, Inst. y Psta en Marcha, pag 1	Se incluye	CUMPLE. Documento "Oferta PlusMedical" página 18, indica: "La instalación, desembalaje y puesta en marcha de estos equipos, será realizada en las instalaciones del cliente... Equipo quedará instalado y probado con todos sus componentes y accesorios". Documento "Cotización N°38.244" página 1, indica: "Despacho, puesta en marcha y capacitacion incluida".
2.6	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Capacitacion, pag 1	Se incluye	CUMPLE. Documento "Oferta PlusMedical" página 16 (Carta de Compromiso Capacitación), indica: "Se entregará la capacitación a todo el personal clínico y personal técnico que se requiera... se consideran 2 días de acompañamiento".
2.7	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado equipo nuevo, partes y piezas Yan Medical, pag 1	Se incluye certificado	CUMPLE. Documento "Oferta PlusMedical" página 5 (Certificado de Equipo Nuevo, Partes y Piezas – Yan Medical), indica: "los productos ofertados... son nuevos, sin uso y corresponden a la fabricación actual de nuestra línea de producción y no se encuentran reacondicionados ni discontinuados".
2.8	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica, pag 1	Se incluye	CUMPLE. Documento "Carta de Compromiso Garantía Técnica" página 1, indica: "2.-Los equipos serán suministrados con todos los accesorios necesarios y solicitado en las especificaciones técnica para el correcto funcionamiento".
PUNTAJE TOTAL			6	4				

OFERENTE N° 2
NOMBRE EMPRESA: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA
RUT: 77.749.210-1

			Nº Oferente	2				
			Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SpA				
			Nombre Oferta	ADQUISICION DE CAMILLA EXAMEN PARA HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLOGICA 2026				
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CAMILLA EXAMEN	MARCA	SAIKANG (Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.)				
CANTIDAD	10		MODELO	X15				
ITEM	1		ORIGEN	CHINA				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES							
1.1	Camilla para exámenes regulable en altura electrica.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Ajuste de altura eléctrico	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Camilla de examinación con ajuste de altura eléctrico... Ajuste de altura mediante sistema eléctrico". Documento "X15_Examination-Table_SaikangMedical" página 2, indica: "Linear Motor 1pc". Documento "Cot. P100401 Serv. Salud Iquique" página 1, indica: "CAMILLA DE EXAMEN / MASAJE ELECTRICA SAIKANG (X15)".
1.2	Estructura de acero inoxidable, revestimiento termoesmaltado, epóxico o equivalente técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Acero con recubrimiento de pintura en polvo	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" Página 2, indica: "Estructura de acero termoesmaltado".
1.3	Cuenta con respaldo articulado	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Respaldo articulado	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "2 Secciones con respaldo articulado" y "Accionamiento del respaldo asistido por 2 resortes de gas".
1.4	Elevación del respaldo de al menos 45°.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	0-55°	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15"página 3, indica: "Ajuste de respaldo: 0-55°".
1.5	Superficie acolchada.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Superficie acolchada	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Superficie acolchada con agujero facial en el respaldo". Página 3, indica: "Colchón: Retardante de llama, 4 cm de espesor,

								espuma de alta densidad, densidad 30 kg/m3".
1.6	Tapizado lavable, de material tipo tevinil o similar técnico.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Revestimiento tipo cuero	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Tapizado lavable de tevinil, fácil de limpiar y desinfectar".
1.7	De fácil limpieza y desinfectante, indicar.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Tapizado lavable de tevinil, fácil de limpiar y desinfectar	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Tapizado lavable de tevinil, fácil de limpiar y desinfectar".
1.9	Porta rollo o porta sabanilla incluido, original del fabricante o compatible con el modelo ofertado, instalado al momento de la entrega.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Porta sabanillas	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Porta sabanillas" y "Porta rollo de sabanillas en el reverso del respaldo".
1.10	Las terminaciones de las patas deben contar con goma antideslizante o equivalente técnico que prevenga el movimiento libre.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	4 apoyos/patas antideslizantes	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Patas antideslizantes con sistema de ruedas escamoteables".
1.11	Dimensiones: - Ancho: 70cm ± 10cm - Largo: 190cm ± 10cm	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Ancho 70 cm, Largo 190 cm	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 3, indica: "Dimensiones: 1940*700*(500-900) mm".
1.12	Altura variable en el rango de 55cm - 85cm o superior.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	42 - 90 cm	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 3, indica: "Ajuste de altura: Si, 500-900 mm".
1.13	Carga segura de trabajo mínima de 180 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	250 kg	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 3, indica: "Peso max usuario: 250 kg". Documento "X15_Examination-Table_SaikangMedical" página 2, indica: "steel frame, 250 kg bear loading".
1.14	Alimentación eléctrica compatible con la red nacional de 220-230 V, 50 Hz, con cable de alimentación nacional tipo L.	EXCLUYENTE	*	1	*	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	220-230 V, 50 Hz, con cable de alimentación nacional tipo L	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 3, indica: "Motor eléctrico: 1, 220-230 V, 50 Hz, con cable de alimentación nacional tipo L".
1.15	Control de regulación de altura mediante pedal, doble pedal o barra periférica.	DESEABLE	2	0	0		NO	NO CUMPLE, proveedor indica no cumplimiento
1.16	Carga segura de trabajo superior a 180 kg.	DESEABLE	2	1	2	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	250 kg	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 3, indica: "Peso max usuario: 250 kg". Documento "X15_Examination-Table_SaikangMedical" (catálogo fabricante) página 2, indica: "250 kg bear loading" (superior a 180 kg).
1.17	Sistema de cuatro ruedas bloqueables, retráctiles.	DESEABLE	2	1	2	X15_Examination-Table_SaikangMedical / Pág. 2	Sistema de ruedas escamoteables	CUMPLE. Documento "Camilla Examen Eléctrica SK X15" página 2, indica: "Patas antideslizantes con sistema de ruedas escamoteables".

2	EXIGENCIAS							
2.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	1	*	Authorization PTM_2026 De Saikang	Adjunto	CUMPLE. Documento "Authorization PTM_2026 De Saikang" (dentro del .zip, carpeta Certificados SKME) página 1, indica: "Carta de Representación Comercial... PTM Chile SpA... está autorizado como nuestro representante oficial para: Ventas locales, Participación en licitaciones, Servicios de mantenimiento"
2.2	Garantía de al menos 24 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	48 meses	CUMPLE.
2.3	Incluir en la oferta mínimo un (01) mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía del equipo o cantidad de mantenimientos anuales recomendada por el fabricante, sin costo adicional.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Adjunto	CUMPLE. Documento "Certificado PTM" página 1, indica: "2. Incluye en la oferta (01) mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía".
2.4	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Adjunto	CUMPLE. Documento "Certificado PTM" página 1, indica: "3. Equipamiento será entregado y armado por PTM en las dependencias indicadas por el mandante".
2.5	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Adjunto	CUMPLE. Documento "Certificado PTM" página 1, indica: "4. Se incluye el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos".
2.6	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Adjunto	CUMPLE. Documento "Certificado PTM" página 1, indica: "5. Se incluye capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considera al menos dos días de acompañamiento".
2.7	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Adjunto	CUMPLE. Documento "Certificado PTM" página 1, indica: "6. Todas las unidades son nuevas, sin uso y no refaccionadas".
2.8	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado PTM	Adjunto	CUMPLE. Documento "Certificado PTM" página 1, indica: "7. El equipo cuenta con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas".
PUNTAJE TOTAL			6	4				

1.2. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2
Nombre Proveedor	PLUSMEDICAL SPA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA
Nombre Oferta	15002026-10-07 14:44:39	15002026-10-07 22:15:35
MARCA	YAN MEDICAL (Suzhou Yan Medical Equipment Co., Ltd.)	SAIKANG (Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.)
MODELO	EXE-6	X15
ORIGEN	China	China
PLAZO DE ENTREGA	120 días corridos	10 días corridos
Cumple con el 100% de las características excluyentes.	SI	SI

Ambos pasan a la etapa de evaluación económica, esto debido a cumplir con el 100% de las características excluyentes enlistadas en las especificaciones técnicas.

1.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

	1	2
	PLUSMEDICAL SPA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO	\$ 1.750.000	\$ 871.000
VALOR NETO TOTAL	\$ 17.500.000	\$ 8.710.000
VALOR TOTAL	\$ 20.825.000	\$ 10.364.900

Ambas ofertas dentro del presupuesto **disponible**.

1.4. PUNTAJES PONDERADOS

		1	2
		PLUSMEDICAL SPA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA
OFERTA ECONÓMICA	60%	29,86 puntos	60,00 puntos
OFERTA TÉCNICA	20%	13,33 puntos	13,33 puntos
GARANTÍA TÉCNICA	15%	11,25 puntos	11,25 puntos
REQUISITOS FORMALES	5%	5,00 puntos	5,00 puntos
TOTAL		59,45 puntos	89,58 puntos

VII. SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Se determina la selección del siguiente proveedor por cuanto cumple con los requisitos mínimos exigidos, incluyendo el 100% de las características establecidas como excluyentes en las especificaciones técnicas, así como las condiciones de garantía requeridas. En consecuencia, dichos proveedores obtienen el mayor puntaje en la evaluación de los criterios administrativos, técnicos y económicos. A continuación, se detallan las condiciones comerciales de la adquisición:

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR						
RAZÓN SOCIAL:			COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA			
RUT:			77.749.210-1			
DIRECCIÓN:			AV DEL VALLE 961 OF 4707 EDIF PATIO MAYOR, HUECHURABA, REGION METROPOLITANA			
FONO:			+56961923482			
MAIL:			ariel@ptm.cl			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			ARIEL MARTÍN SPOLANSKY			
RUT REPRESENTANTE LEGAL			14.634.403-8			
Ítem	Detalle	Cantidad	Garantía técnica	Plazo entrega	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMILLA EXAMEN	10	36 meses	10 DÍAS CORRIDOS	\$ 871.000	\$ 8.710.000
Neto						\$ 8.710.000
IVA						\$1.654.900
Total						\$ 10.364.900

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799
Yenifer Constanza Pérez Tapia
Servicio de Salud Tarapacá
Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799
Sebastián Enrique Poblete Fuentes
Servicio de Salud Tarapacá
Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>